

Vyřizuje/linka
Ševela/518 601 206

Kyjov
31.08.2020

Poptávka na vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu mikrochirurgického systému

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu mikrochirurgického systému pro ORL sály

Specifikace přístroje:

Elektrický mikrochirurgický systém (shaver) pro endonazální (FESS) operativu v ORL

Elektrická ovládací konzole:

- S integrovanou irigační pumpou s možností nastavení intenzity průtoku v krocích
- Rozsah nastavení průtoku 15 – 130 ml/min
- Konektor pro připojení vícefunkčního nožního pedálu s možností plynulé regulace otáček a regulace irigace
- Funkce přednastavení maximálního počtu otáček shaveru v režimech vpřed, vzad (500, 2 000, 4 000, 6 000ot/min), oscilace (500, 1 500, 2 500, 3 500, 5 000 ot/min)
- LED indikátor přehřátí motoru nebo automatické omezení točivého momentu v závislosti na zvýšeném odporu s ukazatelem na displeji
- Odnímatelný ocelový úchyt pro vak (nádobu) s fyziologickým roztokem pro irigaci

Shaverový handpiece:

- Ergonomický, zahnutý, uzpůsobený potřebám ORL mikrochirurgie –
- Oplach a chlazení shaverového nože po vnějším plášti vnitřního nože
- Kompletně autoklávovatelný včetně kabelu, omyvatelný v myčkách nástrojů
- Možnost nastavení polohy pracovní části shaverového nože v průběhu operace o 360°
- Rychlost otáček v rozsahu 0 – 6 000 ot/min
- Rychlost oscilační v rozsahu 0 – 5 000 osc/min

Nožní pedál:

- S možností plynulé regulace počtu otáček do přednastaveného maxima
- S možností nastavení směru chodu – vpřed, vzad, oscilace
- S možností regulace irigace

Příslušenství:

- Shaverové nože autoklávatelné rovné - průměr 4mm a 3,5mm
- Možnost použití shaverových nožů (přímé, zahnuté, konkávní, konvexní, řezací a frézovací nože, diamantové shaver vrtáky)
- Možnost připojení shaverových nožů pro DCRS, adenotomie, laryngeální mikrochirurgii

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky. Nabídková cena by měla být nejlepší možná, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků uvedená v české měně.

Provozní náklady:

- vypsát, jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech, včetně cenových relací
- náklady na preventivní prohlídky
- náklady na spotřební materiál
- ostatní provozní náklady výše neuvedené

Tel: 518/601111
Fax: 518/614176

Bank. spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038-671/0100

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912

Další požadavky:

Nabídka musí obsahovat

- popis zařízení s technickou specifikací
- prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálů po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
- záruční lhůta nejméně 24 měsíců od uvedení do provozu
- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí dodavatel k zapůjčení náhradní přístroj
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- odkud bude zajišťován servis
- nástup na opravu od doby ohlášení závady
- cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- seznam referenčních pracovišť za poslední dva roky
- Smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství a náhradních dílů budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o průměrnou roční míru inflaci vyhlášenou ČSÚ k 31.12. předchozího roku.
- Autorizaci od výrobce, která opravňuje firmu provádět aplikační školení a servis daného zdravotnického prostředku.

Pozn. Na požádání Vám návrh kupní smlouvy zašleme e-mailem.

Svou nabídku s heslem „Mikrochirurgický systém“ zašlete v zapečetěné obálce nejpozději do 14.09.2020 na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Kateřina Brunclíková
oddělení zdravotnické techniky
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

S pozdravem

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel