



Příloha č. 3 – Technická specifikace

EKG holtery (4ks)

- 4 ks holterovských záznamníků
- 4 ks 5 žilový (akceptujeme i 7 žilový) patientský kabel
- Hmotnost max 110 g včetně baterie
- Třída ochrany min IP X2
- Displej pro kontrolu naložení svodů a kvality signálu
- Patientské tlačítko pro zaznamenání událostí
- Automatická detekce kardiostimulátoru
- Délka záznamu 24 h až 48 h
- Vzorkovací frekvence jednotlivých svodů min 2000 Hz
- Napájení: dobíjitelné baterie
- Komunikace s PC pomocí USB nebo čtečkou karet
- Návod k použití v ČJ

Požadavky na software:

- Software kompletně v českém jazyce, možnost obsluhovat ze stejného SW EKG holtery, tlakové holtery i EKG
- Kompatibilita s operačním systémem Windows 7 a vyšší
- Možnost propojení s NIS Medicus
- Klasifikace QRS šablon
- Analýza arytmií
- Analýza fibrilace síní
- ST analýza
- HRV analýza
- Návod k použití v ČJ

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

V Hustopečích dne 01.10.2020

Ing. Petr Baťka, ředitel
Nemocnice Hustopeče, p.o.