



Příloha č. 3 – Technická specifikace

EKG s tiskárnou

- Klidové 12svodové EKG
- Přehledný barevný dotykový displej min. 8"
- Interní paměť na minimálně 500 záznamů
- Alfnumerická klávesnice
- Menu kompletně v českém jazyce
- Indikátor kvality signálu z připojených elektrod
- Automatická detekce kardiostimulátoru
- Citlivost 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
- Vzorkovací frekvence min 2000 Hz
- Provoz z baterie minimálně 8h
- WIFI a LAN pro obousměrnou komunikaci
- Tisk záznamu prostřednictvím PC
- Komunikace s ambulantním SW Medicus a SW CardioPoint
- Včetně přístrojového stolku se dvěma policemi a držákem patientského kabelu
- Návod k použití v ČJ

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní SW Medicus a SW CardioPoint.

V Hustopečích dne 01.10.2020

Ing. Petr Baťka, ředitel
Nemocnice Hustopeče, p.o.