



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Urologický ultrazvuk

- Ultrasonograf pro využití v urologii – vyšetření dutiny břišní, močové traktu, scrota i povrchových tkání
- Plně digitální lehce ovladatelný mobilní přístroj
- Plochý monitor o úhlopříčce min 19“, výškově nastavitelný, možnost sklopení a natočení
- Snímkovací frekvence min 600 Hz
- Snímací módy B, M, C, P, D a THI
- Minimálně 2 aktivní konektory pro připojení sond a možnost současného připojení a přepínání
- Možnost připojení abdominální konvexní sondy pro vyšetření orgánů dutiny břišní
- Možnost připojení lineární sondy 12 MHz
- Možnost současného zobrazení ve dvou rovinách v reálném čase
- Včetně urologického softwaru s podrobnou biometrií urogenitální oblasti
- Přednastavené vyšetřovací programy pro urologii s možností definování vlastních postupů
- Možnost archivace na vestavěný HDD, DVD, nebo USB
- Výstupy VGA a USB
- Export dat ve standardních formátech (PDF, JPEG, TIFF, BMP, AVI ...)
- Software kompletně v ČJ s možností propojení do NIS Medicus
- Včetně mobilního přístrojového stolku
- Návod k použití v ČJ
- Tiskárna

DOPLNĚNÍ:

- Součástí dodávky urologického ultrazvuku jsou:
 - **Snímače k urologickému ultrazvuku**
 - Lineární sonda 5-12 kHz
 - Konvexní sonda k vyšetření břišní dutiny 2-6 kHz

Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní SW Medicus.



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

V Hustopečích dne 05.10.2020

Ing. Petr Bařka, ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.