

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Jihomoravského kraje

Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

V Brně dne 07.10.2020

Věc : žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
VZ „Urologický ultrazvuk“

Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel uvádí požadavek:

Možnost současného zobrazení ve dvou rovinách v reálném čase.

Vzápětí pak požaduje lineární a konvexní sondu, které tuto funkci nemají, jeví se tedy jako nadbytečná.

Dotaz :

Bude zadavatel akceptovat přístroj bez možnosti současného zobrazení ve dvou rovinách v reálném čase?

Děkujeme za vysvětlení zadávací dokumentace a jsme s pozdravem

JUDr. Gertruda Frydová
prokura

JUDr. Gertruda Frydová
prokurista

