



Vyřizuje/linka
Ševela/518 601 206

Kyjov
08.10.2020

Poptávka na vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu parního sterilizátoru

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na dodávku a uvedení do provozu parního sterilizátoru pro gynekologické operační sály

Specifikace přístroje:

- zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC
- objem komory 1 sterilizační jednotka STJ
- pravoúhlá hranatá komora
- jednodveřové provedení
- barevný dotykový ovládací displej v ČJ pro možnost sledování aktuální pracovní fáze
- celonerezové provedení
- elektrický vyvíječ páry integrovaný v přístroji
- tiskárna pro záznam průběhu sterilizace v čelním panelu
- možnost archivace dat v el. podobě o průběhu sterilizačních procesů - možnost připojení do SW pro monitoring sterilizačních procesů a management operačních sítí
- základní sterilizační procesy pro sterilizaci veškerého termostbilního materiálu vč.dutin
- flash program (nebalené)
- program na 134°C
- program na 121°C
- test těsnosti, Bowie-Dick test
- možnost nastavení dalších procesů dle požadavků uživatele
- jednotlivé sterilizační programy v souladu s ČSN EN 285 a vyhl. 306/2012 Sb

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Požadavky na zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky. Nabídková cena by měla být nejlepší možná, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků uvedená v české měně.

Provozní náklady:

- vypsát, jaké servisní kity a potřebné náhradní díly jsou nutné pro údržbu a v jakých časových intervalech, včetně cenových relací
- náklady na preventivní prohlídky
- náklady na spotřební materiál
- ostatní provozní náklady výše neuvedené

Další požadavky:

Nabídka musí obsahovat

- popis zařízení s technickou specifikací
- prohlášení, že nabízené zařízení je kompletní a funkční
- prohlášení, že výrobce zaručuje dodávání náhradních dílů a spotřebních materiálů po dobu nejméně 10 let a že uchazeč zaručuje po stejnou dobu provádění servisu
- záruční lhůta nejméně 24 měsíců od uvedení do provozu
- v případě opravy, jejíž předpokládaná délka bude více než 2 dny, zajistí dodavatel k zapůjčení náhradní přístroj
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- cena preventivní prohlídky po uplynutí záruční doby
- odkud bude zajišťován servis
- nástup na opravu od doby ohlášení závady
- cena pracovní hodiny při vyžádaných opravách a dopravní náklady
- návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- seznam referenčních pracovišť za poslední dva roky
- Smluvní garanci, že cenové relace servisní hodiny, spotřebního materiálu, příslušenství a náhradních dílů budou od uzavření kupní smlouvy do doby dalších nákupů a servisních zásahů zvýšeny pouze o průměrnou roční míru inflaci vyhlášenou ČSÚ k 31.12. předchozího roku.
- Autorizaci od výrobce, která opravňuje firmu provádět aplikační školení a servis daného zdravotnického prostředku

Pozn. Na požádání Vám návrh kupní smlouvy zašleme e-mailem.

Svou nabídku s heslem „parní sterilizátor “ zašlete v zapečetěné obálce nejpozději do 22.10.2020 do 14 hod na adresu:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Kateřina Brunclíková
oddělení zdravotnické techniky
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

S pozdravem

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

Tel: 518/601111
Fax: 518/614176

Bank. spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038-671/0100

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912