



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 762/SŘ/2020

V Břeclavi, dne 15. 10. 2020

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Název zakázky: „Kryostat-patologie“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitelem
Kontaktní osoba: **Ing. Rudolf Slovenský, Vedoucí oddělení zdravotnické techniky**
E-mail: slovensky@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

Dne 13. 10. 2020 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Horizontální posuv 25mm +/- 1mm: Budete akceptovat zařízení s nabízeným posuvem 22 +/-1mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na zadaných technických parametrech, které uvedl v zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, a to konkrétně v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel bude akceptovat pouze řešení, které odpovídá zadávací dokumentaci, a to konkrétně požadavkům technickým parametrů uvedených příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci bez tolerance.

Dotaz č. 2:


Zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku: budete akceptovat zařízení, které není klasifikováno jako zdravotnický prostředek?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na technické specifikaci a nebude akceptovat přístroj, který nebude splňovat požadavek zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Při předání bude zadavatel požadovat předložení prohlášení o shodě a nebude akceptovat přístroj, který nebude minimálně v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona o zdravotnických prostředcích, tedy tzv. IVD.

Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací dokumentaci bez tolerance.

Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek



.....
Rudolf Slovenský
Vedoucí OZT
Nemocnice Břeclav p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV,
příspěvková organizace
U Nemocnice 1
690 02 Břeclav
IČ: 00 390 780