



## **Příloha č. 3 – Technická specifikace**

### **Urologický ultrazvuk – biplanární UZV sonda**

- Intra-rektální UZV sonda k použití k vyšetření prostaty
- Kombinace konvexní a konkávní sondy
- Realtime
- Frekvenční rozsah 2,6-11 MHz
- Včetně zavaděče jehly pro účely biopsie

**Vyhrazujeme si právo předmět dodávky před podpisem smlouvy vyzkoušet z důvodu ověření splnění technických požadavků.**

**Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávajícím zařízením – UZV Mindray DC-40 Full HD**

V Hustopečích dne 19.11.2020

Ing. Petr Bařka

ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.