




Věc: Oprava zadání veřejné zakázky a doplňující informace

Sdělujeme, že došlo k nedorozumění v zadávací dokumentaci. Nahrazujeme původní definici předmětu zadání na – **simulátor pro přednemocniční a ošetrovatelskou péči.**

Důležité požadované parametry simulátoru:

- ovládání pomocí notebooku se softwarem (nikoliv pomocí tabletu)
- bezdrátový přenos hlasu instruktora (simulátor mluví hlasem instruktora)
- programovatelné jednostranné zvedání a klesání hrudníku (automatické)
- možnost spontánního dýchání dle nastavení instruktora

V Brně dne 4.2.2021



PhDr. Zuzana Číková
ředitelka Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská,
příspěvkové organizace

Vyřizuje: Bc. Ilona Maňáková, tel. 736625550