



Zadavatel:

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

IČO: 66596769

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Chemická laboratoř“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

I.

Vážení,

zadavatel dne 14. 4. 2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

Dotaz č. 1

Položka 7 - Prosíme o upřesnění specifikace Extrakční stanice, k čemu má zařízení sloužit a pro jaké aplikace bude používáno, příp. uvedení podrobnější specifikace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel rozhodl vypustit položku č. 7 z Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet.

Dotaz č. 2

Položka 8 - Prosíme o upřesnění parametrů: míchaný objem, rozměr, tvar a materiál desky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje parametry v položce č. 8 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet následovně:

- Deska: hliníková s keramickým nátěrem, kulatá, s průměrem do 135 mm
- Míchaný objem: min 18 l
- Rozsah nastavitelné teploty: teplota RT 370 °C

- Rozsah otáček: max 1500 rpm
- Displej: 2 displeje – jeden na otáčky a druhý na teplotu
- Teplotní čidlo: součástí balení

Dotaz č. 3

Položka 11 - Akceptuje zadavatel váhy s váživostí 210 g a externí kalibrací?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 11 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet, je umožněno nabídnout váhy s váživostí 210 g a externí kalibrací.

Dotaz č. 4

Položka 12 - Akceptuje zadavatel váhy a váživostí 1000 g a externí kalibrací?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 12 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet, je umožněno nabídnout váhy s váživostí 1000 g a externí kalibrací.

Dotaz č. 5

Položka 13 - Akceptuje zadavatel sušárnu s objemem 259 l, s vnějšími rozměry 810 x 940 x 760 (š x v x h), vnitřními rozměry 650 x 780 x 515 (š x v x h) a příkonem 2300 W nebo sušárnu s objemem 180 l, s vnějšími rozměry 650 x 1030 x 760 (š x v x h), vnitřními rozměry 650 x 850 x 700 (š x v x h) a příkonem 2500 W?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel sděluje, že s ohledem na omezený prostor v chemické laboratoři neakceptuje ani jednu z nabízených variant.

Zadavatel dále po zralé úvaze mění a upřesňuje technické specifikace položky č. 13 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet následovně:

Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu:

- minimální objem 180 l
- maximální vnější rozměry 920 x 1050 x 500 mm (š x v x h)
- minimální příkon 2000 W.

Dotaz č. 6

Položka 15 - Prosíme o upřesnění dávkovaných chemikálií a jejich koncentrace, abychom mohli zvolit nejvhodnější model. Dále prosím o informaci, zda požadujete i recirkulační ventil.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel upřesňuje parametry v rámci položky č. 15 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet následovně:

- Dávkovaný objem: 1–10 ml
- Odolnost: vysoká chemická odolnost, dávkování např. tetrachlorethylenu, chloroformu, cyklopentanu, 50% kyseliny dusičné
- Nastavení objemu: analogové
- Dělení: 0,2 ml
- Přesnost: $\pm 0,5\%$
- Správnost: $\leq 0,1\%$
- Přepouštěcí ventil: ano

Dotaz č. 7

Položka 18 - Prosíme o upřesnění parametrů: rozsah měření ($^{\circ}\text{Bx}$ i nD), rozlišení ($^{\circ}\text{Bx}$ i nD), přesnost ($^{\circ}\text{Bx}$ i nD), a zda požadujete digitální přístroj a automatickou teplotní kompenzaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel upřesňuje specifikaci u položky č. 18 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet následovně:

- Typ refraktometru: ruční, digitální
- Rozsah měření: $0-95^{\circ}\text{Bx}$ a $1,33-1,54$ nD
- Rozlišení: $0,1^{\circ}\text{Bx}$ a $0,0001$ nD
- Přesnost: $\pm 0,2^{\circ}\text{Bx}$ a $\pm 0,0003$ nD
- Automatická teplotní kompenzace: ano

Dotaz č. 8

Prosím o bližší specifikaci položky 39 - PVC podlaha 250 m^2 : Jedná se jen o dodání PVC nebo i o jeho pokládku? Pokud ano, na jaký povrch se bude pokládat? Bude povrch již připraven a zarovnan? Jaká technologie pokládky bude vyžadována? 250 m^2 – kolik je to místností? Jaký mají půdorys? Bude to v místnostech, ve kterých pak bude realizován nábytek? Pokud ano, je potřeba definovat technologickou pauzu mezi zahájením podlahářské práce a následné realizace nábytku.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

- V souvislosti s položkou č. 39 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet (PVC podlaha 250 m²) zadavatel uvádí bližší specifikaci následovně:
- Demontáž stávajících krytin PVC lepených, celoplošné strojní zbroušení stávající stěrky a lepidel diamantem, odvoz a uložení na skládku, samonivelační stěrka, penetrace stěrkování, penetrování a strojní zbroušení stěrky. Nalepení elastických krytin PVC LINO vysokozátěžové, lepení PVC, frézování a tepelné svaření PVC krytin, PVC lišta 30 x 30 mm, montáž PVC lišty lepením.
- Stávající podklad je beton, celková plocha 250 m², jedná se o celkem 7 místností + chodbička.
- Celková doba plnění je v předloze smlouvy stanovena včetně potřebné doby na položení podlahy a technologické pauzy.

Zadavatel s ohledem na upřesnění půdorysů výše uvedených místností doplňuje Přílohu č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet ze dne 16. 4. 2021 o novou Přílohu č. 3b – Technická specifikace – Půdorysy místností. Obě uvedené přílohy jsou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 9

Proč zadavatel požaduje digestoř, ventilátor a skříň na kyseliny a zásady od konkrétního výrobce? Všechny 3 položky jsou na trhu dostupné od více výrobců se shodnými technickými parametry.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel v souladu s bodem 2.1.1. Výzvy k podání nabídky připouští nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.

Dotaz č. 10

Kde bude umístěn ventilátor digestoře? Požadovaný typ je velmi hlučný a není určen pro umístění ve vnitřních prostorech.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Ventilátor digestoře bude umístěn mimo učebnu, ale ve vnitřních prostorech, Zadavatel připouští nabídnout i jiný, méně hlučný typ s rovnocennými parametry.

Dne 15. 4. 2021 zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 11

Prosíme o upřesnění/doplnění specifikace položky 20 - Souprava Vernier (8 žákovských stanovišť + vybavení pro experimenty a projekty ve škole a terénu) - současná specifikace/popis neurčuje použití soupravy a tím její obsah.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Zadavatel s ohledem na upřesnění technické specifikace položky č. 20 - Souprava Vernier doplňuje Přílohu č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet ze dne 16. 4. 2021 o novou Přílohu č. 3a – Technická specifikace – Souprava Vernier. Tato podrobně doplňuje a upřesňuje specifikaci položky č. 20 Souprava Vernier a je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (zejména pak vzhledem k dotazům č. 1 až 9 a 11) upravuje stávající Přílohu č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet ze dne 16. 4. 2021. Tato je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

II.

V souvislosti s povahou dotazu a následným vysvětlením zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek; ustanovení čl. 6. bod 6.2. Výzvy k podání nabídky nově zní takto:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do **06.05.2021 v 11:00 hodin**.

Stanovený termín prohlídky místa plnění dle ustanovení čl. 8 bod 8.1. Výzvy k podání nabídky zůstává zachován.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet 16. 4. 2021

Příloha č. 3a – Technická specifikace – Souprava Vernier 16. 4. 2021

Příloha č. 3b – Technická specifikace – Půdorysy místností 16. 4. 2021

V Brně dne 16. 4. 2021

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka