



Zadavatel:

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Lány 859/2, 664 91 Ivančice

IČO: 66596769

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Chemická laboratoř“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

I.

Vážení,

zadavatel dne 19. 4. 2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

Dotaz č. 1

Položka č. 4 – Prosíme o upřesnění položky pojízdný vozík. Jaký rozměr a jaký materiál je požadován?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje parametry v rámci položky č. 4 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet následovně:

- vozík kovové konstrukce povrchově upravené chemicky odolným lakem,
- minimální výška vozíku bez madla 1035 mm,
- vozík vybaven 4 kolečky o průměru minimálně 100 mm, minimálně 2 kolečka s brzdou,
- 3 police, s vyjímatelnými polypropylenovými vaničkami, minimální rozměr vaničky 580 x 380 mm,
- minimální nosnost vaničky 90 kg,

Dotaz č. 2

Položka č. 5 - Prosíme o upřesnění položky zásuvky výsuvné 12 ks – plast. Jaký rozměr je požadován a k čemu mají zásuvky sloužit? Nebo se jedná o vnitřní vybavení položky č. 6 skříň křídlové dveře plechová na chemikálie?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že položka č. 5 „Zásuvky výsuvné 12 ks – plast“ tvoří vnitřní vybavení položky č. 6 „Skříň křídlové dveře plechová na chemikálie max 1200x605x1970“ Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet.

Zadavatel dne 21. 4. 2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

Dotaz č. 3

Dotaz položka č. 8: Bude zadavatel akceptovat průměr topné plochy 145 mm a rozsah nastavitelné teploty od 20 - 300 °C? Ze zadávací dokumentace neplyne, zda má součástí dodávky být externí teplotní čidlo. Dopřesněte tento požadavek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 8 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet, je umožněno u zařízení nabídnout průměr topné plochy 145 mm a rozsah nastavitelné teploty od 20 - 300 °C. Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky v rámci položky č. 8 bylo i externí teplotní čidlo.

Dotaz č. 4

Dotaz položka č. 13: Uvedená hloubka přístroje je opravdu vnější hloubka? Na trhu se přístroj s touto vnější hloubkou při takovém objemu komory nevyskytuje. Standardně se vnější hloubka těchto přístrojů pohybuje v rozsahu 690 - 820 mm. Bude zadavatel akceptovat hloubku v rozsahu na trhu obvyklém?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 13 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet, je umožněno nabídnout přístroj s maximální vnější hloubkou 820 mm, při splnění dalších technických podmínek zadavatele uvedených v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet.

Dotaz č. 5

Dotaz položka č. 18: Zadavatel uvádí požadovaný rozsah 1,33 – 1,54 nD, nicméně obvyklý rozsah měření je 1,33 – 1,53, požadujeme potvrdit, zda je možno nabídnout zařízení v obvyklém rozsahu měření.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel uvádí, že v rámci položky č. 18 Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet, je umožněno nabídnout zařízení, které bude mít rozsah měření 1,33 – 1,53 nD, při splnění dalších technických podmínek zadavatele uvedených v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace a položkový rozpočet.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upravuje Přílohu č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet. Tato je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace a je pro účastníky výběrového řízení pro podání nabídky závazná.

II.

V souvislosti s povahou dotazu a následným vysvětlením zadávací dokumentace dle bodu I. výše a vzhledem k poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek po lhůtě dle ustanovení čl. 9 bod 9.4. Výzvy k podání nabídky (dotazy č. 1 a č. 2) zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek; ustanovení čl. 6. bod 6.2. Výzvy k podání nabídky nově zní takto:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do **11.05.2021 v 11:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Technická specifikace a položkový rozpočet 22. 4. 2021

V Brně dne 22. 4. 2021

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka