

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

Zadavatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637
Zastoupený: MUDr. Věra Dostálová, ředitelka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Nákup zdravotnických přístrojů – PH metru, tavičky, VAPR přístroje a resuscitačního lůžka polohovatelného do stran“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 484360.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v části 4. resuscitačního lůžka polohovatelného do stran je uvedeno: „laterální náklon minimálně +/- 30 s funkcí kontinuální automatické terapie (polohování)“ Dotaz zní: Funkcí kontinuální automatické terapie zadavatel myslí programování laterálního náklonu, nastavení úhlů a časových intervalů?

Odpověď č. 1

ANO.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci je uvedeno: „integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm“ Dotaz zní: Domníváme se správně, že prodloužení lůžka má být řešeno pomocí elektromotoru, tak jako ostatní polohování a nastavení lůžka?

Odpověď č. 2

ANO.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci je uvedeno: „automatický vážicí systém s grafickým znázorněním“ Dotazy zní: Domníváme se správně, že zadavatel požaduje integrovaný vážicí systém do lůžka, který automaticky zaznamenává naměřené hodnoty a umožňuje jejich sledování v přehledném grafu?

Odpověď č. 3

ANO.

V Brně dne 10. 4. 2014

Mgr. Alice Otáhalová

C-TRUST s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)