

Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

	Stávající potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Stávající potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
Ventilová krabice	Ventilová krabice dle ČSN EN ISO 7396-1
	Nové potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
	Nové potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar
Panel signalizace	Panel signalizace klinického alarmu dle ČSN EN 7396-1

**Poznámka č. 1:**  
Potrubí chemických plynů v chodbě povede v podhledu na konzolkách.

**Poznámka č. 2:**  
Pro panel kinéického alarmu bude přiveden kabel 230V/6A přes samostatný jistič z obvodu VDO.

**Poznámka č. 3:**  
Propojení monitorovacího zařízení a ventilové skříň pomocí kabelu J-Y(St) 2x2x0,8 - profese slaboproud