

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČO: 00346292 sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245 zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Interní číslo zakázky	VZ 05_21
Název veřejné zakázky	Nitrilové vyšetřovací rukavice jednorázové

1. Zadavatel obdržel dne 2. 7. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat nitrilové rukavice o síle v tahu 6 N?

Předem děkuji a přeji hezký den,

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat. Zadavatel požaduje alespoň 9 N, jak je uvedeno v příloze č. 1 ZD – list specifikace zdravotnického materiálu.

2. Zadavatel obdržel dne 2. 7. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje předložení vzorků v počtu 10 ks rukavic velikosti S. Rádi bychom se ujistili, že se nejedná o administrativní chybu a zadavatel nezamýšlel požadavek na jinou měrnou jednotku? Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje předložení vzorku v počtu 10 ks rukavice velikosti S, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

3. Vysvětlení zadávací dokumentace z iniciativy zadavatele:

V příloze č. 2 Seznam zboží a ceník v Návrhu rámcové kupní smlouvy není v položkách tabulky uvedeno „vyplní dodavatel“. Zadavatel pro úplnost uvádí, že dodavatelé v nabídce tuto tabulku vyplní, neboť je z její povahy určena k vyplnění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně, dne 7. 7. 2021