

Dodatečné informace č. 1 ze dne 2. 8. 2021.

Zadavatel dne 30. 7. 2021 obdržel dotaz k podmínkám zadání. Zadavatel uveřejňuje celý dotaz bez identifikace dodavatele a rovněž uveřejňuje svoji odpověď.

Znění dotazu:

V příloze č. 1 ZD „Technická specifikace“, zadavatel požaduje v bode č.5: SET Technologie měření saturace, tepová frekvence, perfúzní index, index variability prokrvení, celkový hemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin, SpO2

Dotaz uchazeče: Uchazeč se domnívá, že zadavatel požaduje pouze pulsní oxymetr s parametrem SpCO (karboxyhemoglobin) bez SpHb a SpMet což vyplývá s názvu uvedeného v nadpisu technické specifikace. Uvedené parametry celkový hemoglobin a methemoglobin je možné jednotlivě kdykoliv rozšířit zakoupením požadované licence. Uvedená předpokládaná cena zakázky odpovídá ceně přístroje pouze v konfiguraci pulsní oxymetr plus parameter SpCO. Chápe tedy uchazeč správně, že uvedené parametry celkový hemoglobin a methemoglobin zadavatel nepožaduje a je možné je kdykoliv dodatečně zakoupit a rozšířit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel primárně požaduje pulsní oxymetr s SpCO (karboxyhemoglobin) – nepřekročitelné minimum. Měření celkového hemoglobinu a methemoglobinu by bylo výhodou, ale není zásadní pro akceptaci poptávaného přístroje – pulsního oxymetru.

Znění dotazu:

V návrhu KS, která je součástí ZD, zadavatel požaduje v bodě 2 a) : Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do vlastnictví Jihomoravského kraje jako svého zřizovatele za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí dodávky zboží podle tohoto článku této smlouvy je také: a) předání veškerých písemných dokladů, které jsou potřebné k používání zboží, zejména návodu k obsluze v českém jazyce, odpovídající technické dokumentace v tištěné a datové podobě v českém jazyce, dodání dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, zejm. dodání příslušných atestů, certifikátů a prohlášení o shodě.

Dotaz uchazeče: Jelikož předmět VZ je klasifikován výrobcem jako ZP třídy rizika IIb je ve smyslu §41 zákona č. 89/2021 Sb. uchazeč musí předložit certifikát výrobce, že je oprávněn provádět odbornou údržbu (servis) a instruktáž (zaškolení) u nabízeného ZP. Bude zadavatel požadovat předložení tohoto certifikátu jako součást nabídky?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude požadovat doložit tento certifikát v prosté kopii jako součást nabídky.

S ohledem na charakter dotazu a odpovědi zadavatele, zadavatel neshledává důvodné prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Brně dne 2. 8. 2021