

DODATEČNÉ INFORMACE 01

zakázka malého rozsahu na dodávky „INKONTINENČNÍ POMŮCKY“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912
Právní forma:	331 - Příspěvková organizace
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Kontaktní osoba:	Denisa Urcová

Dne 17.9.2021 byly zadavateli doručeny následující dotazy:

Otázka:

Bude zadavatel akceptovat vyjmutí podmínky z části 5. Anatomicky tvarované inkontinenční vložky – indikátor stavu vložky – vlhkosti?

Odpověď:

Zadavatel vyjmutí podmínky akceptuje.

5. Anatomicky tvarované inkontinenční vložky			
Kód	velikost	minimální savost v ml	
05.001	mini	366	
05.002	normal	610	
<ul style="list-style-type: none">• výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR• bez latexu (nealergické)• neparfémované• výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny• výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo vložku (bariéry po okrajích)• výrobky musí být z prodyšného materiálu• výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent• superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát• výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu• výrobky musí obsahovat indikátor stavu vložky – vlhkosti (naplnění vložky)• vnitřek vložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit• výrobek musí mít lepicí vrstvu			

Otázka:

Je nutno v Příloze č. 1 – Ceník (Rámcová kupní smlouva) a následně v e-aukci ocenit všechny části nabídky, tzn. všech 5 částí? Je možno ocenit pouze položky, které bychom byli schopni nabídnout?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že zadavatel připouští dílčí plnění. V tom případě je možno ocenit pouze položky, které je dodavatel schopen nabídnout.

Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává stejný, tj. 30.9.2021.

Denisa Urcová