



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Doplnění zadávací dokumentace – technické specifikace

Na základě dotazu společnosti **APOS BRNO s.r.o.**, se sídlem Kotlanova 3, 628 00 Brno, IČ: 46980709 týkajícího se počtu a potřebnosti světelné signalizace nad pokoje a v jakém počtu, níže doplňujeme technickou specifikaci o tyto údaje (vyznačeno žlutě). Dále upravujeme počet tlačítek na WC a sprchy.

Pořízení nové signalizace na OOP

- **Bezdrátová** opticko – akustická signalizace (pacient – sestra) na oddělení následné lůžkové péče pro 94 lůžek (pacientů)
- Lůžkové oddělení je členěno na 4 stanice ve dvou podlažních patrech nemocnice
- Dosah na všechny oddělené stanice, tak aby sestra, která případně musí opustit stanici věděla o „volání“ pacienta
-

Podrobná specifikace komponent

- Přenosné ústředny s displejem pro sestry (15ks)
- Vysílače pro pacienty (94ks)
- ~~Nástěnná tlačítka na WC, sprchy apod. (10ks)~~
- Vícestupňová signalizace volání dle naléhavosti.
- Volání je musí být aktivováno tlačítkem vysílače a zobrazeno na displeji pageru
- Automatická kontrola stavu baterií, vysílačů – zobrazení na displejích přenosné ústředny,
- Čekání na vypnutí akustické signalizace a uložení informace do paměti přenosné ústředny,
- Možnost vyvolání paměti volání na přenosné ústředně,
- Možnost využívat více přenosných ústředí na každé stanici,
- Možnost každou přenosnou stanici párovat pouze pro danou stanici (sestry vždy slouží na jedné konkrétní stanici),
- Dosah alespoň 50 m.

DODATEK:

- Světelná signalizace (světýlka) nad pokoje pacientů, WC a sprch (**40 ks**)
- Nástěnná tlačítka na WC, sprchy apod. (**20 ks**)

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce,
- Součástí technické specifikace jsou také níže uvedené půdorysy.

Hustopečích dne 06.10.2021

Ing. Petr Bařka
Ředitel
Nemocnice Hustopeče, p.o.