

**„Elektrochirurgický přístroj včetně argon plazma koagulace pro pracoviště digestivní endoskopie
Nemocnice Znojmo“**

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Parametr	minimální hodnota požadovaná zadavatelem	hodnota nabízená dodavatelem
1. Základní požadavky na elektrochirurgický přístroj			
	Vysokofrekvenční výstup monopolární	ANO	
	<i>Typy módů:</i>		
	4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity	ANO	
	4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity včetně možnosti sprejové koagulace	ANO	
	Vysokofrekvenční výstup bipolární		
	<i>Typy módů:</i>		
	1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty	ANO	
	2 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty	ANO	
	Vysokofrekvenční výstup pro připojení neutrální elektrody	ANO	
	Základní frekvence 430 kHz, $\pm 20\%$	430 kHz, $\pm 20\%$	
	Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem	ANO	
	Argon plazma koagulační jednotka	ANO	

razítko a podpis dodavatele