



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Cystoskop

Podrobná specifikace přístroje:

Flexibilní cystoskop, 1 ks

- průměr distálního konce 11,7 Fr.
- průměr pracovní části 16,5 Fr.
- pracovní kanál 7,2 Fr.
- širokouhlé zorné pole 120°
- úhel pohledu 0°
- hloubka ostrosti 3 – 50 mm
- pracovní délka 380 mm
- ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120°
- příslušenství pro čištění
- kompatibilní s běžným kamerovými hlavami
- vestavěný moiré filtr
- zúžený atraumatický distální konec pro snadnější zavedení do močové trubice
- možnost doostření obrazu na oční okuláru
- možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců
- možnost připojení k bateriovému LED zdroji světla

součástí nabídky požadujeme:

- flexibilní cystoskop, 1 ks
- příslušenství pro čištění, 2 sady
- úchopové kleště flexibilní „krysí zub“, 5 Fr. x 640 mm, 1 ks
- zkoušečka těsnosti, 1 ks
- přenosný bateriový zdroj světla, 1 ks

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce.

Zadavatel trvá na kompatibilitě přístroje s nemocničním informačním systémem Medikus a to z důvodu ochrany dřívějších investic.

Hustopečích dne 26.10.2021

Ing. Petr Baťka

Ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.