

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **Ultrazvukový přístroj**

### **Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky**

**ZADAVATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,  
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov**

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Zastoupená: **Ing. Mgr. Lubomír Wenzl – ředitel**  
IČ: 00226912  
DIČ: CZ00226912  
Profil zadavatele: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html)

## 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 3.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace **Ultrazvukového přístroje**. Podrobné technické požadavky dodavatele na přístroj jsou přílohou č.2 zadávací dokumentace - podmínek a požadavků pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky je veřejně přístupná na profilu zadavatele, a to na adrese: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_218.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html).

Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, předvedení funkcí, předání veškeré potřebné dokumentace k dodávanému zdravotnickému přístroji zadavateli a zaškolení obsluhy. Součástí předmětu plnění je i poskytnutí záručního servisu pro ultrazvukový přístroj v délce 24 měsíců.

### 3.2. ZÁRUČNÍ SERVIS

Podle smluvních podmínek poskytuje dodavatel zadavateli bezplatný „full“ záruční servis po celou dobu záruční lhůty, tj. 24 měsíců na dodávané přístroje a zařízení vč. veškerého příslušenství. V rámci záruční lhůty bezplatně odstraní vady díla a poskytne zadavateli bezplatný plný (full) servis díla včetně dodání případných náhradních dílů.

Záruční servis zahrnuje i provedení Bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, provádění veškerých kalibračních prohlídek, předepsaných preventivních prohlídek, kontrol, revizí a preventivních údržbových prací, a to včetně dodání a výměny opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí zdravotnického přístroje nebo

zařízení, včetně příslušenství (podrobná specifikace je součástí kupní smlouvy).

### **3.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě provedeného průzkumu trhu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tedy činí **800 000Kč bez DPH (včetně dvouletého záručního servisu)**.

## **4. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

### **4.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v samostatném svazku zadávací dokumentace "obchodní podmínky". Obchodní podmínky jsou vymezeny samostatně ve formě a struktuře vzoru kupní smlouvy. Účastník zadávacího řízení do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu kupní smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu kupní smlouvy předpokládá; označeno v textu obchodních podmínek **DOPLNÍ DODAVATEL**), a takto doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh kupní smlouvy.

### **4.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh kupní smlouvy předložený účastníkem zadávacího řízení v nabídce musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Jakékoliv změny, doplňování či úpravy obchodních podmínek ze strany účastníka zadávacího řízení jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci vysvětlení nebo změny zadávacích podmínek.

## **5. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **5.1. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PARAMETRY**

Minimální požadované technické a funkční parametry předmětu plnění jsou uvedeny v Technické specifikaci Zařízení, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace-podmínky a požadavky pro zpracování nabídky. **Dodavatel do nabídky rovněž uvede parametry jím nabízeného přístroje. Dodavatel dále do nabídky přiloží čestné prohlášení, že nabízený přístroj splňuje všechny požadavky vymezené touto technickou specifikací zadavatele.**

## **5.2. TECHNICKÁ DOKUMENTACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ**

Jako přílohu č. 2 kupní smlouvy do své nabídky předloží dodavatel **fotografickou či technickou dokumentaci dodávaného přístroje nabízeného v nabídce**, ze kterých musí vyplývat **obchodní název a typové označení nabízeného výrobku, obchodní jméno výrobce a technické parametry** (postačí katalogový list či technický list výrobku od výrobce). Katalogová dokumentace může být předložena v anglickém jazyce, pokud není k dispozici česká verze.

V případě pochybností zadavatele o splnění požadovaných technických parametrů u nabízeného zařízení musí být účastník zadávacího řízení schopen, a to na základě písemné žádosti zadavatele, předložit zadavateli v požadované lhůtě případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních parametrů v úrovni požadované v této zadávací dokumentaci.

## **5.3. ODZKOUŠENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY**

Dodavatel po instalaci a případné potřebné montáži dodaného přístroje provede jejich komplexní vyzkoušení a předvedení jejich funkce zástupci objednatele (zadavatele), přičemž po provedení těchto zkoušek musí zabezpečit zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícím složitosti dodaného přístroje nebo zařízení.

## **5.4. SPLNĚNÍ NOREM A PŘEDPISŮ**

Veškeré položky přístrojů a zařízení nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české, případně evropské normy a zákonné předpisy. Účastník předloží v nabídce **čestné prohlášení**, že dodavatel i nabízené zdravotnické přístroje splňují příslušné technické normy a právní předpisy.

Jde především o:

- zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 56/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (diagnostika jsou označena evropskou značkou shody CE, doprovázené v některých případech číslem notifikované osoby uvedené na štítku IVD MD a na návodu na použití; návod na použití ke každému IVD MD v českém jazyce),
- nařízení vlády č. 89/2021 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky,
- zákon č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## **5.5. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ**

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka respektovala následující podmínky (jsou již obsahem obchodních podmínek):

- účastník uvede sídlo autorizované servisní organizace, která provede záruční i pozáruční servis
- instruktáž veškeré obsluhy přímo na pracovišti Zadavatele (v českém jazyce) v rozsahu min.8 hodin času školitele.

## **6. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

### **6.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Celková nabídková cena musí být členěna pro jednotlivé položky zvlášť (bez DPH a s DPH) dle přílohy č. 3 „Krycí list nabídky“. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisků, musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků a bude uvedena v české měně.

### **6.2. VARIANTY NABÍDEK**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## **7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMA NABÍDKY**

### **7.1. NABÍDKA**

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, pokud zákon nestanoví jinak (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce).

### **7.2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A JINÉ POŽADAVKY**

Nabídka musí obsahovat:

- návrh kupní smlouvy dle přiloženého vzoru
- doklady k prokázání kvalifikace

Další požadavky a jiné pokyny ke zpracování:

- náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí
- nabídky nebudou uchazečům vráceny

### **7.3. ZPŮSOB PODÁNÍ A FORMA NABÍDKY**

Nabídky se podávají písemně, na adresu zadavatele:  
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace  
Brunclíková Kateřina  
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

v zapečetěné obálce s označením „Ultrazvukový přístroj“  
Lhůta pro podání nabídky je do 21.12.2021 do 14 hodin.

### **7.4. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY**

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## **8. HODNOCENÍ NABÍDEK**

### **8.1. KRITÉRIA HODNOCENÍ**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny (součet cen za dodávku a pozáruční servis a cen za provedení 4x bezpečnostně technickou prohlídku a 40 hodin práce technika při pozáručním servisu).

## **9. OSTATNÍ PRÁVA, POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE**

### **9.1. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO:**

- na zrušení zakázky;
- na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky;
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce

### **9.2. BLIŽŠÍ PODMÍNKY SOUČINNOSTI PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY**

Vybraný dodavatel je povinen v rámci své součinnosti před podpisem smlouvy splnit i další podmínky, nezbytné pro uzavření smlouvy:

dodavatel předloží doklad o tom, že je osobou zacházející se zdravotnickými prostředky (výrobce, dovozce nebo distributor), jehož součástí bude i platné potvrzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o oprávněnosti provádět servis

nabízených zdravotnických prostředků. Dokladem se v tomto případě rozumí potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) v souladu s § 29 odstavec 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění.

## **10. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

### **10.1. DŮSLEDKY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud zadavatel využije svého práva a zadávací řízení zruší (nebo kteroukoliv jeho část), nevzniká účastníkům zadávacího řízení žádný nárok na úhradu nákladů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ani nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.

## **11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **11.1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána elektronickou formou nejpozději 5 dnů před vypršením lhůty pro doručení nabídky. Zadavatel doporučuje pro přehlednost využívat k podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou poštu. V tomto konkrétním případě je elektronická adresa pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace: [brunclikova.katerina@nemkyj.cz](mailto:brunclikova.katerina@nemkyj.cz).

### **11.2. POSKYTNUTÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, včetně znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (bez identifikace tazatele) ve stanovené lhůtě (do 3 pracovních dnů). Shodnou formou uveřejní zadavatelé případné vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Bude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli ve stanovených lhůtách a zadavatel neuveřejní vysvětlení do 3 pracovních dnů, ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Bude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli později, než ve stanovené lhůtě, nemá zadavatel povinnost na takovou žádost reagovat.

### **11.3. ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel má právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci v době před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění

zadávací dokumentace uveřejní zadavatel stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud zadavatel tohoto svého práva využije a povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace to bude vyžadovat, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny k uveřejnění, činila lhůta pro podání nabídek nejméně celou svou původní délkou.

## **12. KVALIFIKACE**

### **12.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST**

Účastníci prokážou základní způsobilost předložením čestného prohlášení. Účastníci mohou použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 4 nebo jiné čestné prohlášení stejného obsahu.

### **12.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST**

Účastníci prokáží splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

- Výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k České republice, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

### **12.3 TECHNICKÁ KVALIFIKACE**

Účastníci prokážou splnění technické kvalifikace předložením:

seznamu významných dodávek, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Minimální úroveň - 3 dodávky ultrazvukového přístroje, každá v minimální hodnotě 800.000 Kč bez DPH.

Údaje o významných dodávkách budou uvedeny na formuláři, který je součástí přílohy č. 4.

## **13. PŘÍLOHY**

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Technická specifikace Zařízení

Příloha č. 3 Krycí list nabídky

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení