

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

pro výběrové řízení nemocnice Kyjov

### **„Dodávka a uvedení do provozu EMG/EP přístroje“**

Zadavatel veřejné zakázky: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
ČO: 00226912  
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Zastoupena: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel dne 16. 12. 2021 obdržel dotaz týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

#### **Dotaz 1**

*Prosíme o prověření požadované minimální částky 500 000,- Kč v zadávací dokumentaci v bodě 12.3 Technická kvalifikace - seznam významných dodávek.  
Nejedná se o administrativní chybu, když předpokládaná hodnota je max. 400 000,- Kč bez DPH?*

#### **Odpověď zadavatele:**

Ano, velice se omlouváme. U zadavatele došlo k administrativnímu pochybení.  
Akceptovány budou samozřejmě seznamy 3 dodávek, každá s minimální hodnotou 350.000Kč bez DPH ( viz. příloha 4 - čestné prohlášení účastníka).

Technická kvalifikace v bodu 12.3 zadávací dokumentace tedy zní:  
Minimální úroveň – 3 dodávky EMG/EP přístroje, každá v minimální hodnotě 350.000Kč bez DPH.

V Kyjově dne 16. 12. 2021

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl  
ředitel