



- Z** El. zásuvka 230 V/16 A, "MDO"
– barva zásuvky bílá, označená "MDO" dle ČSN 332000–7–710
– 1200 mm vysoko, nebo pod parapet
- S_{el}** Osvětlení ovládané vypínačem v servisním prostoru mezi sterilizátory – výška 2200 mm

ST8 Instalační přívody pro parní sterilizátor – MV 352021L a MV 352021P:

- Přívod studené (změkčené) vody DN 15 od stropu, ukončený ventilem s vnitřním závitem G 1/2" 2400 mm nad úrovní čisté podlahy. Teplota vody max.15°C
- Přívod demineralizované vody, vodivost < 10 –15 mS/cm, DN 15 od stropu, ukončený ventilem s vnitřním závitem G 1/2"–2400 mm nad úrovní čisté podlahy.
- Odpadní potrubí DN 65 z podlahy, ukončené v úrovni čisté podlahy. Sifon na potrubí může být společný pro více přístrojů stojících vedle sebe. Teplota odp. vody max. 100° C, množství vody 15 l/min. Odpadní vana má přípoj 40 mm.
- Přívod stlač. vzduchu DN 15 od stropu, ukončený ventilem s vnitřním závitem G 1/2", 2400 mm nad úrovní čisté podlahy.
- Přívod el. proudu 3PE~50–60 Hz ± 5%, 400 V ± 10% příkon příkon 48 kW od stropu, ukončený 2400 mm nad úrovní čisté podlahy. Volný konec kabelu cca 3 m. Přívod opatřete třífázovým vypínačem s jistěním 80 A, umístěným v blízkosti přístroje.(viz hlavní výkres). Připojovací svorky 16 mm². S kabelovým vývodem vedte současně vodič ochranného pospojování 6mm² Cu –délka cca 3 m.
- přívod slaboproudu UTP cat 6 RS238 od PC z místnosti 2091 nad sterilizátor, výška 2400mm

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK	Investor: jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno www.jmk.cz	
Profese: TECH	Zpracovatel dílu: TMS Prague, a.s. V olšínách 1124, 100 00 Praha 10 Tel: +420 724 057 446 E-mail: svoboda@tmsprague.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
RUDOLF SVOBODA	RUDOLF SVOBODA	RUDOLF SVOBODA		
<i>Svoboda</i>	<i>Svoboda</i>	<i>Svoboda</i>		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV			Zakázkové číslo: DPS 27 - 2019	Paré:
			Datum: 02 - 2020	
			Stupeň: DPS	
Objekt:	OBMĚNA TECHNOLOGIE STERILIZÁTORŮ	SO 01.2	Formát: 2 A4	Číslo výkresu: D.1.02.5-102
Obsah: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV			Měřítko: 1:50	