

Písemná zpráva zadavatele

zpracovaná podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Univerzální skiaskopický přístroj pro pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
otevřené řízení

ZADAVATEL:

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATEL:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením podle § 151 zákona

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c) zákona
Právní forma:	příspěvková organizace, kód 331
Název zadavatele:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, kód obce ZÚJ 593711
IČO:	00092584
DIČ:	CZ00092584
Osoba oprávněná jednat:	MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. František Patočka, MBA

Osoba zastupující zadavatele:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona osoba zastupující zadavatele na základě uzavřené mandátní smlouvy č. 0771-12 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).

Název:	S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:	25526171
DIČ:	CZ25526171
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- a) Dodávka univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem, sklopným stolem a digitálním detekčním systémem včetně zařízení pro monitorování dávek ionizujícího záření, který vyhovuje potřebám moderní diagnostiky a bude splňovat podmínky pro provádění spektra diagnostických i intervenčních výkonů, jako jsou vyšetření gastrointestinálního traktu včetně endoskopických retrográdních cholangiografií, urologických vyšetření, zvláště cystografií, uretrografií a perkutánních nefrostomií, některých angiografií včetně perkutánních angioplastik DKK, drenážních výkonů a dalších, tak jak to vyžadují současné radiologické standardy (dále také „přístroj“) zahrnující:
- demontáž, uskladnění a následnou ekologickou likvidaci stávajícího skiaskopicko-skiagrafického přístroje PRESTIGE VH
 - předinstalační příprava pracoviště univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem vč. případných stavebních úprav stávajícího pracoviště a stínění a včetně zpracování příslušné projektové dokumentace
 - dodávka, doprava, montáž a zprovoznění nového univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem
 - napojení nového univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem do stávajícího systému PACS a do stávajícího systému NIS
 - provedení přejímacích zkoušek univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem v rozsahu uvedeném v § 70 vyhlášky č.307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.499/2005 Sb. a provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného záření, výchozí elektrické revize přístroje
 - provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje
 - zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání uživatelské dokumentace v českém jazyce v 1 tištěném vyhotovení a v jednom datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči
 - stanovení místní diagnostické referenční úrovně pro přístroje pro všechny vyšetřovací protokoly
 - vypracování místních radiačních standardů pro rtg přístroj
 - uvedení pracoviště do klinického provozu
 - poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění BTK a pravidelné údržby dle zákona 123/2000 Sb., elektrických revizí a zkoušek dlouhodobé stability v předepsaných termínech a případech
 - dodání odborné literatury podporující erudici personálu, která bude odpovídat diagnostickým možnostem přístroje
- b) Pozáruční servis
- poskytování pozáručního servisu v délce trvání 96 měsíců od termínu ukončení záruční doby na část předmětu plnění s charakterem dodávky, který zahrnuje veškeré preventivní prohlídky, BTK, elektrické revize přístroje a pravidelnou údržbu dle zákona 123/2000 Sb., zkoušky dlouhodobé stability v předepsaných termínech a případech, cestovné, práci a dodávky veškerých náhradních dílů vč. vakuových prvků (rentgenka) - tzv. fullservis.
- Smlouva na pozáruční servis bude uzavřena na dobu trvání 96 měsíců

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

celková výše nabídkové ceny dodávky v Kč bez DPH:

10.364.207,00

celková výše nabídkové ceny pozáručního servisu za 96 měsíců v Kč bez DPH:

3.200.000,00

4. Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče

„Sdružení EDOMED-Philips pro dodávku skiaskopického přístroje pro Nemocnici Znojmo“

1. dodavatel – společník A – vedoucí společník:

Obchodní firma (název):

EDOMED a.s.

Sídlo:

U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3

Právní forma:

Akciová společnost

IČ:

63673169

2. dodavatel – společník B:

Obchodní firma (název):

Philips Česká republika s.r.o.

Sídlo:

Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

63985306

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka číslo 1, kterou podalo „Sdružení EDOMED-Philips pro dodávku skiaskopického přístroje pro Nemocnici Znojmo“ nejlépe splňuje požadavky zadavatele. Použitím bodového hodnocení v souladu se stanoveným způsobem hodnocení získala nabídka tohoto uchazeče nejvyšší výsledné bodové ohodnocení a je tedy hodnocena jako nabídka nejvhodnější.

7. Údaje o tom, jaká část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele

Údaje o subdodavatelích zadavatel nepožadoval.

8. Identifikační údaje uchazečů, kteří předložili nabídku, a jejich nabídková cena

Nabídka číslo 1:

Nabídku podalo společně více dodavatelů - „Sdružení EDOMED-Philips pro dodávku skiaskopického přístroje pro Nemocnici Znojmo“

1. dodavatel – společník A – vedoucí společník:

Obchodní firma (název):

EDOMED a.s.

Sídlo:

U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3

Právní forma:

Akciová společnost

IČ:

63673169

2. dodavatel – společník B:

Obchodní firma (název):

Philips Česká republika s.r.o.

Sídlo:

Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

63985306

celková výše nabídkové ceny dodávky v Kč bez DPH:

10.364.207,00

celková výše nabídkové ceny pozáručního servisu za 96 měsíců v Kč bez DPH:

3.200.000,00

Technické parametry:

subkritérium	název kritéria / subkritéria	jednotka	nabízená hodnota
1	Rozsah rotace C-ramena	°	180
2	Nástupní výška stolu při vodorovné poloze	cm	60
3	Výškové nastavení pracovní výšky	cm	70
4	Možnost levostranného uchycení patientského stolu	ANO/NE	ano
5	Úhlopříčka aktivní plochy detektoru	cm	48
6	Rozlišení detektoru	lp/mm	3,25
7	Výkon generátoru	kW	100
8	Tepelná kapacita anody	kHU	800
9	Tepelná kapacita pláště	MHU	2,3
10	Integrovaná mřížka pro pulsní fluoro	ANO/NE	ano
11	Světelný kolimátor	ANO/NE	ano
12	Délka záznamu skiaskopické sekvence při 30 sn/s	s	133
13	Dynamický rozsah akvizice	bit	14
14	Rozsah rotační angiografie	°	180
15	Rekonstrukce periferního řečiště na jeden přehledový snímek	ANO/NE	ano

Nabídka číslo 2:

Nabídku podává společně více dodavatelů – „**Sdružení – Nemocnice Znojmo**“

1. dodavatel – vedoucí společník:

Obchodní firma (název):

2T engineering s.r.o.

Sídlo:

V. P. Čkalova 502/14, 160 00 Praha 6

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

28259068

1. dodavatel – společník:

Obchodní firma (název):

AUDIOSCAN, spol. s r.o.

Sídlo:

Oldřichova 107/50, 128 00 Praha 2

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

40615421

celková výše nabídkové ceny dodávky v Kč bez DPH:

10.990.000,00

celková výše nabídkové ceny pozáručního servisu za 96 měsíců v Kč bez DPH:

4.240.000,00

Technické parametry:

subkritérium	název kritéria / subkritéria	jednotka	nabízená hodnota
1	Rozsah rotace C-ramena	°	131
2	Nástupní výška stolu při vodorovné poloze	cm	51
3	Výškové nastavení pracovní výšky	cm	80
4	Možnost levostranného uchycení patientského stolu	ANO/NE	ano

5	Úhlopříčka aktivní plochy detektoru	cm	60
6	Rozlišení detektoru	lp/mm	4
7	Výkon generátoru	kW	80
8	Tepelná kapacita anody	kHU	1500
9	Tepelná kapacita pláště	MHU	2,5
10	Integrovaná mřížka pro pulsní fluoro	ANO/NE	ano
11	Světelný kolimátor	ANO/NE	ano
12	Délka záznamu skiaskopické sekvence při 30 sn/s	s	15
13	Dynamický rozsah akvizice	bit	16
14	Rozsah rotační angiografie	°	131
15	Rekonstrukce periferního řečiště na jeden přehledový snímek	ANO/NE	ano

9. Identifikační údaje zájemců / uchazečů, kteří byli v zadávacím řízení vyloučeni a odůvodnění

Žádný uchazeč nebyl vyloučen.

10. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění

Pro zadání veřejné zakázky bylo použito otevřené řízení.

13. Důvod zrušení zadávacího řízení

Veřejná zakázka nebyla zrušena. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

Zpracovala:
Ing. Eliška Kudělková