

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„MYCÍ AUTOMATY – 3KS“

Technická specifikace

- Prokládací dvoudvěřové provedení
- V souladu s vyhláškou MZ 306/2012 Sb. a ČSN EN 15883-1,2.
- Termodezinfekce s monitoringem času a hodnoty A0
- Šířka jednoho přístroje stavebně omezena max. 700 mm
- Kapacita min. 8 DIN sít 1/1 (480x250mm)
- Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu.
- HEPA 14 filtr sušícího vzduchu s kontrolou funkčnosti monitoringem tlakového diferenciálu
- 3 dávkovací čerpadla s elektronickou kontrolou dávkování detergentů
- Dveře otevírané vyklápěním dopředu, s výjezdem mycího koše na dveře
- Sušící jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla – předeřev nasávaného vzduchu odváděným teplým vzduchem
- Elektronická kontrola stavu vzduchového filtru, bez nutnosti preventivní výměny v daných intervalech
- Zabudovaná tiskárna v čelním panelu
- Možnost připojení do SW T-Doc pro monitoring procesů

Příslušenství

- 3ks mycího vozíku na mytí standardních DIN sít

Jiné požadavky

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail:
brunclikova.katerina@nemkyj.cz

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK