

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnické techniky a mobiliáře“
(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2022-004582

Označené: VZD/01/22

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 01/1

Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky je i zdravotnická technologie. Zadavatel v zadávací dokumentaci nepožaduje předložení technických listů k prokázání splnění požadovaných parametrů

Na trhu existuje široká škála položek, které se liší cenou a technickými parametry, které požadavky předmětné zakázky nesplňují. Nicméně dodavatelé tyto výrobky označují za obdobné technické řešení. Z důvodu prokázání splnění technických požadavků u jednotlivých položek považujeme za transparentní, pokud účastníci předloží k položkám již v rámci nabídky technické listy. Pokud účastníci technické listy nepředloží, zadavatel není schopen posoudit splnění technických parametrů a nabídky budou neporovnatelné a to i v případě předložení čestného prohlášení o splnění technických parametrů.

Z dlouholeté zkušenosti s dodávkami nejen zdravotnických prostředků víme, že řada dodavatelů využívá situace, kdy dochází k prokazování splnění technických požadavků až po podání nabídky tím, že záměrně neuvádí některé technické parametry nebo je neuvádí vůbec když nemusí. Tím je pokříváno soutěžní prostředí a jedná se o nerovnou soutěž.

Požaduje zadavatel z důvodu transparentnosti a rovného zacházení předložit technické listy pro zdravotnické přístroje k jednotlivým položkám?

Odpověď č. 01/1

Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek a to takto:

Bod č. 15.3 Článku č. 15 Další požadavky na zpracování nabídky Svazku č. 1 Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky – Podmínky zadávacího řízení se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním (ve kterém je doplněn bod č. 15.3.4):

15.3. Součástí nabídky musí být:

15.3.1. Vyplněný Formulář nabídky (svazek č. 2), jehož vzor je součástí zadávací dokumentace.

- 15.3.2. Příloha č.1 závazného návrhu Kupní smlouvy – vyplněný a oceněný Soupis požadovaného vybavení (svazek č. 4 ZD), který musí být vyplněný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat.
- 15.3.3. Prostá kopie dokladu o registraci nebo ohlášení ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a to pro výrobu, dovoz a distribuci nabízených prostředků (zdravotnické techniky) a zároveň pro jejich servis (v případě poddodávek předloží dodavatel registraci poddodavatele), součástí bude i prostá kopie platného potvrzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o oprávněnosti provádět servis nabízených zdravotnických prostředků – zdravotnické techniky (dokladem se v tomto případě rozumí potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv v souladu s § 23 odstavec 1 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů).
- 15.3.4. Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky uchazeče (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které uchazeč vede pod samostatnými ceníkovými cenami). Z technického listu musí vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách pro položky uvedené v soupisech položek s názvem ZT + MOBILIÁŘ 1NP a ZT + MOBILIÁŘ 1PP Svazku č. 4 - Soupis požadovaného vybavení.

Otázka č. 01/2

Termín pro odevzdání předmětné veřejné zakázky je stanoven v souladu se zákonem s využitím předběžného oznámení. Tato zakázka je svým rozsahem objemná, skládá se z různých položek a dodavatelů. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě pro zpracování nabídky jsou i další nepracovní dny – svátky, chtěli bychom požádat o prodloužení termínu pro zpracování nabídky, tak aby byl dostatek času pro kvalitní přípravu. Vzhledem k tomu, že termín plnění I. Etapy je stanoven až na konec roku 2022 (další 2023), tak posunem termínu odevzdání nabídky nebude termín pro plnění dle smlouvy nikterak ovlivněn.

Umožní zadavatel posunout termín pro odevzdání nabídek na 30.4.2022?

Odpověď č. 01/2

Viz informace č. 01/4 VZD/01/22

Otázka č. 01/3

Zadavatel požaduje předložit do nabídky doklady o registraci nebo ohlášení ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích (článek 15.3.3. zadávací dokumentace) nejen pro výrobu, dovoz a distribuci, ale i pro servis. Umožní zadavatel místo dokladů předložit **odkazy** na tyto dokumenty, které jsou dostupné v RZPRO?

Odpověď č. 01/3

Zadavatel umožní účastníkům v nabídce předložit odkazy na dokumenty požadované v zadávacích podmínkách v rámci zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích zveřejněné v Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“).

INFORMACE č. 01/4

Zadavatel v důsledku poskytnutého vysvětlení rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: **3.5. 2022** Místní čas: **10:00 hodin**
- nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: **3.5. 2022** Místní čas: **10:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.