

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Stacionární kryostat2 pro pracoviště PAO“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 15. 06. 2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Stacionární kryostat2 pro pracoviště PAO“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobrý den, Dovolujeme se dotázat:

- 1) V techn. specifikaci zadavatel požaduje "Chlazení komory, vzorku a nože nezávislé" bude zadavatel akceptovat nezávislé chlazení komory a vzorku, u naše přístroje je nůž ochlazován na základě teploty v komoře.
- 2) V techn. specifikaci zadavatel uvádí "Teplota chladicí desky pro přípravu vzorku až -55 °C", bude zadavatel akceptovat teplotu chladicí desky -52 °C?
- 3) Dovolujeme se dotázat, zda bude zadavatel akceptovat dodací dobu předmětu plnění do 25 týdnů. A to z důvodu celosvětové krize, kdy výrobcům chybí náhradní díly do přístrojů a tímto dochází ke zpoždění dodávek.

Děkuji Vám za zaslání odpovědi na dotazy.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat ochlazování nože na základě teploty v komoře. Systémy s chlazením pouze pracovní komory (popř. komory a držáku vzorku) jsou již pro dnešní zpracování nativního materiálu nedostatečné a výrazně se prodlužuje doba stanovení diagnózy, která je zásadní pro vzorky ve statimovém režimu. Při otevření komory a manipulaci se vzorky dochází k rychlému ohřívání komory, vzorku a nože.

Nezávislé chlazení komory, vzorku a nože poskytuje stabilní teplotu vzorku i nože, a to i v případě otevření pracovní komory na delší dobu. Dochází sice také k ohřívání komory, avšak nezávislý chladicí systém udržuje stálou nastavenou teplotu těch nejdůležitějších částí.

Vhodným nastavením teploty, dle druhu materiálu, lze za použití tohoto systému dosáhnout kvalitnějších řezů, eliminovat nečitelné řezy a zkrátit tak dobu stanovení diagnózy.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Ano, teplotu chladicí desky -52 °C bude zadavatel akceptovat.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Dodací lhůtu maximálně do 175 kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy bude zadavatel akceptovat.

Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel termín k podání nabídek do 29. 6. 2022 do 10.00 hodin.

Jiřina Bílková

obchodní úsek Nemocnice Znojmo

NEMOCNICE ZNOJMO příspěvková organizace

Obchodní odbor

ÚSEK ZAKÁZEK A ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

pracoviště nákupu

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO: 00092584, DIČ: CZ00092584

tel.: 515 215 111, 515 215 227