

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Ultrazvukové a RTG přístroje
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Po konzultaci s výrobcem SW pro diagnostickou stanici jsme zjistili, že nenabízí požadovanou funkcionalitu tj. potlačení kostí ve snímku. To znamená, že jak na pojízdném přístroji, a ani na diagnostické stanici nebude k dispozici požadovaný SW na potlačení kostí. Bude zadavatel akceptovat tuto skutečnost?

ODPOVĚĎ 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i řešení bez SW pro potlačení kostí ve snímku. Nová, upravená a pro zpracování nabídek závazná technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky je přílohou tohoto vysvětlení.

DOTAZ 2

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jako odpověď na dotaz 9:

„DOTAZ 9: Zadavatel požaduje software vybavení pro univerzální použití pro zobrazení měkkých i tvrdých tkání a automatickou optimalizací obrazu podle anatomické oblasti, virtuální rastr (software nahrazující mřížku), zvýraznění nízkokontrastních objektů (katetry, aj.), software pro potlačení kostí ve snímku.

Znění dotazu:

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s osvědčeným softwarovým řešením používaným na mnoha pracovištích, kde je obsažen pouze samostatný software virtuální mřížky a software pro zvýraznění nízko kontrastních objektů, není obsažen samostatný software na katetry a potlačení kostí, které se v případě potřeby řeší standardním postupem úprav nastavení obrazu?“

zadavatel uvádí:

Viz odpověď na dotaz č. 2 výše. Zadavatel trvá na dodání softwaru pro potlačení kostí, kdy tento software může být dostupný pouze na diagnostické popisovací stanici.

Zadavatel dále doplňuje, že nepožaduje samostatný software na katetry, ale pouze software na zvýraznění nízkokontrastních objektů. Katetry jsou v závorce uvedeny pouze jako příklad takového objektu.

ODPOVĚĎ 2:

Zadavatel akceptuje řešení, kde software pro potlačení kostí ve snímku bude dostupný na dodávané diagnostické popisovací stanici. Nová, upravená a pro zpracování nabídek závazná technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky je v příloze tohoto vysvětlení.

A současně zadavatel publikoval upravenou technickou specifikaci, ve které požaduje: „Software vybavení pro univerzální použití pro zobrazení měkkých i tvrdých tkání a automatickou optimalizaci obrazu podle anatomické oblasti, virtuální rastr (software nahrazující mřížku), zvýraznění nízkokontrastních objektů (katetry, aj.), software pro potlačení kostí ve snímku (požadavek může být splněn i v případě, kdy je tento SW pro potlačení kostí ve snímku dostupný pouze na diagnostické popisovací stanici).“

DOTAZ 1:

Podle sdělení výrobce software diagnostické stanice, kterou máme v úmyslu nabídnout zadavateli a která jinak zcela vyhovuje požadavkům zadavatele, není možné ani tuto stanici vybavit požadovaným softwarem pro potlačení kostí. Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde není obsažen samostatný software na potlačení kostí ani na přístroji, ani na diagnostické stanici, které se v případě potřeby řeší standardním postupem úprav nastavení obrazu?

ODPOVĚĎ 2

[Viz odpověď na dotaz 1.](#)

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek (u všech částí) tak, aby opět činila minimálně celou svojí původní délku. Zadavatel tedy upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

Datum: **19. 08. 2022** **Čas: 10:00 hodin**

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **19. 08. 2022** **Čas: 10:10 hodin**

Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Přílohy:

SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 3_vys2