

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje - I“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 - Specifikaci předmětu plnění pro část č. 2 Infuzní technika i přístroj pro akutní mimotělní očištění krve, což nemá s infuzní technikou žádnou spojitost.

Umožní zadavatel dílčí plnění, tedy podání nabídky samostatně na infuzní techniku a dialyzační přístroj?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že neumožňuje dílčí plnění.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí v Příloze č. 3 – Specifikaci předmětu plnění v bodě: 32, 50 a 70 nastavení parametrů aplikace prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek). Nejvýznamnější společnosti zabývající se infuzní technikou, a to včetně těch největších, přechází kompletně na dotykový ovládací systém, z důvodu

snížení chybovosti a usnadnění práce zdravotnického personálu.

Bude zadavatel akceptovat ovládání přes kapacitní dotykový displej?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat ovládání přes kapacitní dotykový displej. Membránová klávesnice je lety prověřený a zároveň jednoduchý způsob, jakým lze obsluhovat infuzní techniku v náročném provozu, který je díky své konstrukci mnohem odolnější vůči vnějším vlivům. Rozhodně se nejedná o zastaralou technologii, protože se běžně objevuje i v nových řadách a typech infuzní techniky světových výrobců.

- jednoduché, přehledné a rychlé nastavení parametrů infuze,
- spolehlivá a bezproblémová ovladatelnost přístroje – nezávislá na teplotě okolního prostředí či stavu prstů personálu (ruce suché/mastné/s rukavicemi atd.),
- při nastavování tlačítka mimo displej zůstávají veškeré informace na displeji viditelné a nejsou překryté rukou,
- displej je konstrukčně méně chráněn před zatečením než membránová klávesnice
- výměna dotykového displeje je nákladnější než výměna membránové klávesnice

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele