

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ „ZUBNÍ SOUPRAVA“

Technická specifikace:

- Zubní souprava nesená křeslem s 5 pozicemi pro bičové uložení nástrojů na stolek lékaře.
- Hygienicky řešená ovládací klávesnice Soft-switch s displejem pro zobrazení otáček mikromotorů a výkonu UOZK umožňující předvolby maximálních otáček mikromotorů a turbíny.
- Multifunkční nožní ovladač k ovládání spouštění i regulace výkonu nástrojů, chlazení dynamických nástrojů, vyfukování u turbínami k motorů, ovládání pohybů křesla.
- Plivatkový blok s možností odklopení o 90° umožňující pohodlný přístup ze strany asistentky, keramické plivátko, časově nastavitelný oplach plivátka i napouštění poháru.
- Stolek asistentky na kloubovém rameni s klávesnicí Soft-switch k ovládání křesla a vody do plivátka a pohárku s malou a velkou hadicí chirurgického odsávání a pozicí pro další nástroj
- Blokování pohybů křesla při zvednutí biče s nástrojem.
- Třífunkční kombinovaná stříkačka, sterilizovatelná úhlová
- Mikromotor světelný – 40.000ot
- Pozice s hadicí pro světelnou turbínu s vyfukováním
- Instrumentační stolek jednoduchý
- Separátor amalgámu
- Držák svítidla na soupravě
- Svítidlo s technologií LED na soupravě
- Křeslo s pevnou opěrkou levé ruky a jednokloubovou opěrkou hlavy, bezpečnostní vypínání, 3 programy + se sedací a vyplachovací pozicí, paměť poslední pracovní polohy, Trendelemburgova poloha

Příslušenství:

- Kompresor s odsávačkou ve skřínce se sušením
- Světelná rychlospojka k turbíně
- Světelná turbínka
- Světelný kolínkový násadec

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz.

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK