

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

IČO: 00346292

sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245

zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou

Interní číslo zakázky VZ 12_22

Název veřejné zakázky: Nitrilové vyšetřovací rukavice jednorázové

Zadavatel obdržel dne 22. 7. 2022 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Prosím zadavatele o informaci, či akceptuje dodání predmetu zakázky od 2 výrobcov, pri splnení zadanej špecifikácie u oboch výrobcov. Konkrétne veľ. S - jeden výrobca. Veľkosti M,L,XL - druhý výrobca.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje rukavice ve všech velikostech od jednoho výrobce a to jednoho typového/výrobního označení.

Zadavatel obdržel dne 25. 7. 2022 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

*„Dobrý den, dovoluujeme si požádat o upřesnění zadávací dokumentace :
- jakou zadavatel požaduje délku rukavic?“*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v technické specifikaci stanovil parametr: „Prodloužená délka rukavice pro ochranu zápěstí.“
Zadavatel upřesňuje, že toto slovní vymezení pro potřeby zadávané veřejné zakázky znamená celkovou délku 300 mm +/- 20 mm.

Zadavatel obdržel dne 26. 7. 2022 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„v příloze č. 1 ZD – list specifikace zdravotnického materiálu je ve Specifikaci mimo jiné uveden požadavek na Požadovanou sílu v tahu ≥ 9 N. Budete prosím akceptovat parametr ≥ 6 N, pokud námi nabízené rukavice splňují ostatní požadované parametry?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně dne 27. 7. 2022