

# **Technická zpráva**

## **Dodatek č.1**

### **Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska**

SO – 01 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice  
na pracoviště hemodialyzačního střediska

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11

V Hodoníně : 1/2012

Vypracoval : ing. Koliba

Dodatek je zpracován na podnět Krajské hygienické stanice pracoviště Hodonín a upřesňuje parametry technologie dialýzy. Bude použit systém reverzní osmózy, který bude dodán autorizovanou firmou jako kompletní sestava. Konkrétní osazení jednotlivých komponentů bude dáno podle požadovaného výkonu zařízení a kvality vstupní vody v místě instalace. Zařízení bude certifikováno jako celek dle směrnice EHS 93/42 jako zdravotnický prostředek třídy rizika IIb. Zařízení bude určeno pro použití v humánní medicíně (dialyzační provoz). Parametry výstupní vody budou splňovat požadavky Českého lékopisu a evropských doporučení na vodu pro ředění dialyzačního roztoku. Pro dlouhodobé zajištění kvality vody bude použito zařízení se systémem kontrolních mechanismů ke kontinuálnímu sledování kvality upravené vody.

Ke kolaudaci objektu bude doložen provozní řád systému reverzní osmózy.