

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. II

pro výběrové řízení nemocnice Kyjov

„Holmiový laser“

Zadavatel veřejné zakázky:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

ČO: 00226912

Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Zastoupena: Mgr. Veronikou Neničkovou, MBAce, statutár.zástupcem

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Zadavatel obdržel následující dotazy týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 28.07.2022

Zadavatel v příloze ZD č. 1 – SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ - „HOLMIOVÝ LASER“ uvádí parametr:

„Přednastavené módy pro měkkou tkáň: incize precizní, incize rychlá, ablace tumoru, hemostáza (koagulace) – případně další“.

Umožní zadavatel, bez jakékoliv penalizace, dodat zařízení, které bude mít obsaženy oba požadované incizní módy (incize rychlá, incize precizní) v jednom módu?

Odůvodnění:

Incize rychlá a incize precizní je u našeho zařízení definována jedním módem „incize“, který se v závislosti na zvolené délce pulzu umožňuje až 3 rychlosti a preciznosti. To lze měnit ze základní obrazovky módu a není potřeba přepínat módy ze základního menu. Jde o výhodu, kdy na druhé volné pozici může být např. koagulace a operátor může tudíž pracovat se třemi módy s jednoho 2pedálu.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že nejsou omezeny funkce přístroje a jedná se pouze o jiné technické řešení, zadavatel umožní dodat takové zařízení bez jakékoliv penalizace.

V Kyjově dne 29.07. 2022

Mgr. Veronika Neničková, MBAce
statutární zástupce