

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických
prostředků“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Statutární zástupce:	Mgr. Veronika Něničková, MBA
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle §43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno kořespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

I.

Dne 1. 8. 2022 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zahrnující tři dotazy, v tomto znění:

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Dotaz č. 1:

„Bude zadavatel akceptovat stanovení Natriuretického peptidu typu B z plasmy?

Dotaz č. 2:

Zadavatel poskytuje v příloze 06_Příloha č. 6 ZD Půdorys 1. PP.pdf zadávací dokumentace plány prostor. Vzhledem k faktu, že jsou tyto plány nečitelné, může zadavatel poskytnout nový náčrt s čitelnými údaji na základě, kterého bude možné vypracovat a v nabídce doložit zadavatelem požadovaný náčrt technologie do půdorysu laboratoře?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v článku 31.1 informuje, že prohlídka místa plnění nebude organizována. Bude v případě zájmu tato prohlídka umožněna uchazeči individuálně?“

V souladu s § 98 zákona Zadavatel ve lhůtě poskytuje na tyto dotazy toto vysvětlení:

1. Bude zadavatel akceptovat stanovení Natriuretického peptidu typu B z plasmy?

Zadavatel bude akceptovat vyšetření BNP (nebo NT-proBNP) z plasmy. Primární požadavek je na zajištění dodávky tohoto vyšetření, vyšetřovaný materiál je v tomto případě sekundární a nepodstatný.

2. **Zadavatel poskytuje v příloze 06_Příloha č. 6 ZD Půdorys 1. PP.pdf zadávací dokumentace plány prostor. Vzhledem k faktu, že jsou tyto plány nečitelné, může zadavatel poskytnout nový náčrtek s čitelnými údaji na základě, kterého bude možné vypracovat a v nabídce doložit zadavatelem požadovaný náčrtek technologie do půdorysu laboratoře?**

Zadavatel tímto poskytuje vedle stávajícího také nový půdorys s čitelnějšími údaji, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení (Příloha č. 1 Vysvětlení – Půdorys 1PP_OKB Kyjov).

Zadavatel nadále **netrvá** na požadavku zakreslení technologie přímo do dodaného půdorysu dle čl. 20. 2 písm. i) zadávací dokumentace, ale dodavatel může dodat samostatný náčrtek technologie ve vymezeném prostoru 11,5 x 2,4 m, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD Technické specifikace (na str. 5).

3. **Zadavatel v článku 31.1. informuje, že prohlídka místa plnění nebude organizována. Bude v případě zájmu tato prohlídka umožněna uchazeči individuálně?**

Se zřetelem na zásady zadávání veřejných zakázek není možné umožnit uchazeči individuální prohlídku. Také s ohledem na přípravu zadávacího řízení zahrnující dvoufázovou předběžnou tržní konzultaci v období aktivně probíhající pandemie (období podzim/zima 2021/2022) nebyla prohlídka místa plnění ve finálním znění zadávacích podmínek zahrnuta.

Nicméně zadavatel tímto mění čl. 31.1. zadávací dokumentace, a to tak, že zadavatel prohlídku **místa plnění umožní za podmínky splnění v té době platných protiepidemiologických opatření.**

Prohlídka místa plnění proběhne **ve středu 10. 8. 2022 v 9 hod.** Zájemci se dostaví přímo na pracoviště OKB Nemocnice Kyjov, pavilon P, vchod P1 (suterén).

Čl. II.

S ohledem na výše uvedené, tj. vysvětlení a úprava zadávací dokumentace neměnicí znění podmínek v zásadním rozsahu, se lhůta pro podání nabídek neprodluhuje, tzn. zůstává neměnná do 26. 8. 2022 do 09:00 hod.

V Brně dne 2. 8. 2022

.....
Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.