



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OR)
veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 138/22/K

V Brně, dne 4.8.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1: Prosím o vysvětlení zadání části 10 – Ergometr bicyklový.
Požaduje zadavatel dodání samotného bicyklového ergometru nebo i zátěžového EKG, tj. dodávku kompletního ergometrického systému (ergometr, zátěžové EKG, příp. počítač, vozík, podtlakové elektrody)?

Odpověď 1: Požadavky na dodávku ergometru bicyklového jsou uvedeny v souboru „04





SPECIFIKACE sk 5“ zadávací dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel na svém požadavku nebude nic měnit.

Odpovědi č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 1: Upřesnění textu v souboru 03 OP sk 5 zadávací dokumentace:

Pro vyloučení pozdějších pochyb zadavatel upřesňuje následující text:

- 1) V příloze č. 3 kupní smlouvy, odst. 1: v druhé větě se text „Kupující může vyzvat prodávajícího“ upravuje na text „Kupující **vyzve** prodávajícího“
- 2) V příloze č. 3 kupní smlouvy, odst. 2.1. se doplňuje další vysvětlující text, který zní: „**V ceně BTK jsou započteny ceny takového materiálu, který je předepsán výrobcem k výměně v rámci BTK.**“
- 3) Zadavatel dále upozorňuje, že součástí přílohy č. 2 kupní smlouvy musí být v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 kupní smlouvy ceník spotřebního materiálu.

Zadavatel zveřejňuje opravený text s vyznačenými změnami pod označením „03 OP sk 5 oprava“.

Vzhledem k tomu, že informace č. 1 pouze upřesňuje již zveřejněný text (vč. upozornění v bodě 3), a současně tato informace nemá vliv na okruh možných dodavatelů v zadávacím řízení nejedná se o změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 zákona, která by ze zákona vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Informací č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele