



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

## **Veřejná zakázka na dodávky**

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

## **„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“**

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,  
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21\_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

**nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)**

**veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 139/22/K

V Brně, dne 4.8.2022

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Dotazy č. 1 až 3 se vztahují k části 9 VZ:**

Dotaz č. 1: Parametr č. 2

Korekce dioptrií v rozsahu -6 až +6 dioptrií

Dotaz: Akceptuje zadavatel: Korekce dioptrií v rozsahu -8 až +5 dioptrií

Odpověď č. 1: Ano, zadavatel takové přístroje akceptuje.

Odpovědi č. 1 došlo ke doplnění. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.





Dotaz č. 2: Parametr č. 5  
Zobrazovací řídicí panel  
Dotaz: Požaduje zadavatel: full HD videokamera integrovaná do hlavy mikroskopu a ovládání funkcí mikroskopu a stativu a zobrazení operačního procesu pomocí dotykového HD LCD monitoru

Odpověď č. 2: Ano, zadavatel takové přístroje akceptuje.  
Odpovědi č. 1 došlo ke doplnění. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Dotaz č. 3: Parametr č. 7  
Polohovací stereoasistent s binokulárním tubusem s nezávislým ovládáním fokusu a zoomu  
Dotaz: Akceptuje zadavatel: Polohovací stereoasistent s binokulárním tubusem

Odpověď č. 3: Ano, zadavatel takové přístroje akceptuje.  
Odpovědi č. 1 došlo ke doplnění. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 1: Upřesnění textu v souboru 03 OP sk 6 zadávací dokumentace:  
Pro vyloučení pozdějších pochyb zadavatel upřesňuje následující text:  
1) V příloze č. 3 kupní smlouvy, odst. 1: v druhé větě se text „Kupující může vyzvat prodávajícího .....“ upravuje na text „Kupující **vyzve** prodávajícího .....“  
2) V příloze č. 3 kupní smlouvy, odst. 2.1. se doplňuje další vysvětlující text, který zní: „**V ceně BTK jsou započteny ceny takového materiálu, který je předepsán výrobcem k výměně v rámci BTK.**“  
3) Zadavatel dále upozorňuje, že součástí přílohy č. 2 kupní smlouvy musí být v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 kupní smlouvy ceník spotřebního materiálu.  
Zadavatel zveřejňuje opravený text s vyznačenými změnami pod označením „03 OP sk 6 oprava“.

Vzhledem k tomu, že informace č. 1 pouze upřesňuje již zveřejněný text (vč. upozornění v bodě 3), a současně tato informace nemá vliv na okruh možných dodavatelů v zadávacím řízení nejedná se o změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 zákona, která by ze zákona vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Informaci č. 1 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Informace č. 2: Na základě provedených změn technických parametrů v zadávací dokumentaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 5.9.2022 do 10,00 hod.** (o celou lhůtu). V souvislosti s tím se mění následující text Zadávacích podmínek (*uveden nový text*):



### 5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **24.8.2022, 23,59 hod.**

### 8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **38** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **5.9.2022 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele