



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Základový stůl – urologická ambulance

Podrobná specifikace přístroje:

- Držák papírové role pod hlavou
- Výška stolu min od 64 cm do min 94 cm, nastavitelná elektropohonem
- Ovládání pohonů nožní šlapkou i ručním ovladačem
- Manuální nastavení sklonu hlavy alespoň $\pm 30^\circ$
- Držák infuze
- Madla pro pacienta
- Eurolišty na sedáku pro nerezovou misku, vč. misky
- Šauty s úchytem a kloubem 2 ks
- Gynekologický výřez sedáku
- Nožní segment dělený, nastavitelný manuálně alespoň 0° až -85°
- Schůdek k lepšímu přístupu ke stolu
- Rozměry zástavbové max 60 x 190 cm
- Nosnost min 150 kg

Ostatní:

- Dodání a instalace na adrese Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
- Zaškolení personálu a předání návodu v českém jazyce.

V Hustopečích

Ing. Petr Baťka

Ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.