



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j.153/22/K

V Brně, dne 12.8.2022

Věc: Veřejná zakázka:

**„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické
pomůcky, stolky a úložné prostředky“**
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz k části 6 VZ – Myčka podložních mís

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje dle uvedené specifikace výšku přístroje 1700 mm. Omezení maximální výšky je z pohledu funkčnosti a ergonomie provozu bezpředmětné a omezuje potenciální okruh uchazečů a zároveň se zadavatel ochuzuje o větší počet vhodných nabídek. Námi nabízené řešení disponuje výškou 1730 mm, což je způsobeno robustní konstrukcí, která tím zvyšuje životnost přístroje. Konstatujeme,





že rozdíl výšky 30 mm je zcela bezpředmětný ve vztahu k medicínskému účelu a použití. Bude zadavatel akceptovat myčku podloží s výškou 1730 mm?

Odpověď č. 1: Zadavatel stanovil rozměry na základě přístroje s ohledem na výrobky dostupné na trhu na základě průzkumu provedeného z veřejně dostupných zdrojů, a dále s ohledem na své prostorové možnosti. Zadavatel bude výšku přístroje 1730 mm akceptovat, a to zejména s ohledem na to, aby získal co největší počet nabídek. Zadavatel však současně upozorňuje, že další případné úpravy výšky přístroje nejsou možné s ohledem na prostorové možnosti, tj. s ohledem na rozmístění stávajícího vybavení v místnosti, v níž má být dodávaný přístroj umístěn.

Odpovědi č. 1 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 2: Na základě provedených změn zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12.9.2022 do 10,00 hod.** (o celou lhůtu). V souvislosti s tím se mění následující text Zadávacích podmínek (*uveden nový text*):

5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **31.8.2022, 23,59 hod.**

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **45** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **12.9.2022 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele