

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**„Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických
prostředků“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Dodávka reagensů včetně výpůjčky diagnostických prostředků
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Statutární zástupce:	Mgr. Veronika Neničková, MBAce
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele: (dle §43 zákona)	Plus Tender, s.r.o. Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno korespondenční adresa: třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 16. 8. 2022 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zahrnující tyto dotazy a náměty, a to v tomto znění:

„Domníváme se, že se zadavatel poškozuje při stanovení některých technických podmínek a požadavků: Požadavek na dodání diagnostik do 10 pracovních dnů – obvyklá doba dodání u dodavatelů diagnostik vzhledem k využití pokročilé technologie, je do 5 pracovních dnů a méně.“

Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení zajistí bezplatný servis předmětu výpůjčky do 24 hodin od písemného či telefonického nahlášení potřeby opravy – běžně je požadován nástup nejpozději do 12 hodin, v mnoha případech do 2 až 4 hodin.

Dotaz: Domníváme se správně, že zadavatel nepožaduje zajištění servisu 24/7 ani nepřetržitou hot linku obojí běžné u obdobných solidních dodavatelů?

Dle Zadávací dokumentace je požadováno 10 otevřených kanálů.

Dotaz: Znamená to, že pro splnění všech požadavků směrnice IVDR, která vstoupila v platnost v květnu tohoto roku (sice s odkladem, přechodnou dobou do roku 2025), bude zadavatel, u metod na otevřených kanálech, zpracovávat veškerou finančně mimořádně nákladnou dokumentaci srovnatelnou s dokumentací zajišťovanou výrobcí diagnostik?

Hodnotící kritéria dle zadávací dokumentace bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality uvedených položek. Zadavatel přisuzuje 40% váhu kvalitativním kritériím.

Dotaz:

Proč automatickou centrifugaci, která s ohledem na další požadavky, omezuje počet možných uchazečů, nezařadí rovněž do hodnocených nikoliv požadovaných parametrů? Automatická centrifugace a dopravníkové systémy významně prodlužují TAT (zejména u menších a středně velkých laboratořích) ve srovnání s manuální centrifugací, kterou má zadavatel navíc dobře zavedenou a k dispozici.“

Čl. II.

V souladu s § 98 zákona Zadavatel ve lhůtě poskytuje na tyto dotazy toto vysvětlení:

- 1. Domníváme se, že se zadavatel poškozuje při stanovení některých technických podmínek a požadavků: Požadavek na dodání diagnostik do 10 pracovních dnů – obvyklá doba dodání u dodavatelů diagnostik vzhledem k využití pokročilé technologie, je do 5 pracovních dnů a méně.**

Navzdory tomu, že se nejedná o dotaz, ale podnět Zadavatel uvádí, že si je vědom ze své praxe dnešních logistických možností dodavatelů a s ohledem na s předstihem plánované objednávání jednotlivých položek na delší časové období (většinou na 3 měsíce) je limitní doba dodání 10 pracovních dnů jak je uvedeno v odst. 5.1. zadávací dokumentace, totožně pak také v čl. IV. odst. 2 Kupní smlouvy. Nicméně v případě překročení této doby dodání je smluvně sankcionováno.

- 2. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení zajistí bezplatný servis předmětu výpůjčky do 24 hodin od písemného či telefonického nahlášení potřeby opravy – běžně je požadován nástup nejpozději do 12 hodin, v mnoha případech do 2 až 4 hodin.**

Dotaz: Domníváme se správně, že zadavatel nepožaduje zajištění servisu 24/7 ani nepřetržitou hot linku obojí běžné u obdobných solidních dodavatelů?

Zadavatel si je ze své praxe vědom možností servisní podpory renomovaných dodavatelů. Doba byla stanovena vzhledem ke kapacitě a zálohování analytického systému jako limitní, a to v souladu s čl. V. odst. 4 smlouvy o výpůjčce.

- 3. Dle Zadávací dokumentace je požadováno 10 otevřených kanálů. Dotaz: Znamená to, že pro splnění všech požadavků směrnice IVDR, která vstoupila v platnost v květnu tohoto roku (sice s odkladem, přechodnou dobou do roku 2025), bude zadavatel, u metod na otevřených kanálech, zpracovávat veškerou finančně mimořádně nákladnou dokumentaci srovnatelnou s dokumentací zajišťovanou výrobcí diagnostik?**

Zadavatel požaduje volné kanály pro metody jiných výrobců a pro svoji potřebu (speciální stanovení, studijní účely aj.). Míru potřebné dokumentace bude zadavatel řešit s dodavatelem.

- 4. Hodnotící kritéria dle zadávací dokumentace bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality uvedených položek. Zadavatel přisuzuje 40% váhu kvalitativním kritériím.**

Dotaz: Proč automatickou centrifugaci, která s ohledem na další požadavky, omezuje počet možných uchazečů, nezařadí rovněž do hodnocených nikoliv požadovaných parametrů? Automatická centrifugace a dopravníkové systémy významně prodlužují TAT (zejména u menších a středně velkých laboratořích) ve srovnání s manuální centrifugací, kterou má zadavatel navíc dobře zavedenou a k dispozici.

Zadavatel je přesvědčen, že automatickou centrifugaci jakožto součást automatizovaného řešení nabízejí všichni dodavatelé plně automatizovaných systémů. Zadavatel chce automatizovat preanalytickou část, která obsahuje řadu manuálních činností vyžadujících podstatné nároky na manuální zatížení a pozornost obsluhy. Jelikož se jedná významný technologický prvek

v automatizované lince, nelze jej jako takový zařadit pouze do hodnotících kritérií, ale zadavatel jej posuzuje (Př. č. 3 Krycí list nabídky – 3. a 4. kritérium).

Čl. III.

S ohledem na výše uvedené, tj. vysvětlení zadávací dokumentace neměnicí znění podmínek v zásadním rozsahu, se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje, tzn., zůstává neměnná do 26. 8. 2022 do 09:00 hod.

V Brně dne 18. 8. 2022

.....
Ing. Petr Kolář
zástupce zadavatele
Plus Tender, s.r.o.