

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Diagnostické soupravy pro vyšetření HIV, HBsAG, HCV, syfilis včetně výpůjčky analyzátoru“

Identifikace zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912
Právní forma:	331 – příspěvková organizace
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:	Mgr. Veronika Neničková, MBAce statutární zástupce
Kontaktní osoba:	Ing. Markéta Hodesová, referent veřejných zakázek

Dne 19.08.2022 v 14:46 hodin, byl zadavateli doručen následující dotaz:

Dotaz

Tímto Vás zdvořile žádáme o vysvětlení ZD pro VZ s názvem Diagnostické soupravy pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně výpůjčky analyzátoru.

Dotaz k otázce číslo 6: nutnost ředění reagensů.

Otázka na zadavatele: Je tímto krokem míněno nutné ředění reagensů před vložením do analyzátoru, nebo až v samotném analyzátoru?

Odpověď

Vysvětlení dotazu. Dotaz se týká Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, str. 7, bod 5.1.2, řádek 6 tabulky:

Odpověď zadavatele: je nutné ředění reagensů před vložením do analyzátoru.

Lhůta pro podání nabídky zůstává nezměněna, **končí 02.09. 2022 v 09:00:00 hod.**

V Kyjově 22.08.2022

S pozdravem,