



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

## **Veřejná zakázka na dodávky**

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

## **„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“**

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,  
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21\_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

**nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)**

**veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 171/22/K

V Brně, dne 22.8.2022

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace (6)**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 19 se vztahuje k části 2 VZ:**

Dotaz č. 19: Zadavatel ve výběrovém řízení „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“ v dokumentu „04 SPECIFIKACE sk 6.xlsx“ v části „část 2 VZ: Instrumentarium pro laparoskopii - 6 sad“ neuvádí možnost tolerance na číselné hodnoty. Účastník chce upozornit, že Zadavatel uvádí toleranci +/- 10 % na číselné hodnoty u části 1, 3, 8, 10 veřejné zakázky. Účastník se domnívá, že u části 2 je také nutné uvést toleranci na číselné hodnoty, jelikož všechny instrumenty jsou definovány velikostně buď délkou, šířkou, průměrem. Účastník se





domnívá, že kombinaci všech číselných hodnot a parametrů u části 2 může splnit v nynější době pouze jeden Účastník. Účastník se domnívá, že kdyby Zadavatel nechtěl připustit toleranci +/- 10 % na číselné parametry, úmyslně tím omezuje počet Účastníků ve veřejné zakázce a porušuje tím paragraf 6, ZZVZ. Účastník se ptá, zda Zadavatel připustí toleranci +/- 10 % na všechny číselné hodnoty.

Odpověď č. 19: Zadavatel nebude měnit číselné parametry. Číselné parametry stanovil zadavatel na základě vlastních zkušeností se stávajícím vybavením a z dostupných údajů získaných z veřejně dostupných zdrojů. Platí údaje uvedené ve SPECIFIKACI.

Odpovědi č. 19 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

**Dotazy č. 20 až 31 se vztahují k části 1 VZ – Laparoskopická věž**

Dotaz č. 20: Zadavatel požaduje u přístroje Hlavní monitor v technické specifikaci parametr číslo 7: kontrast min. 1450:1.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace hlavní monitor s kontrastem 1400 : 1? Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

| Hlavní monitor, 1 ks |                                      |                     |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1                    | LCD technologie                      | ano                 |
| 2                    | medicínský atest                     | ano                 |
| 3                    | úhlopříčka alespoň 50"               | alespoň 50"         |
| 4                    | pozorovací úhel min 89°              | min 89°             |
| 5                    | rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px | min. 3840 x 2160 px |
| 6                    | poměr stran 16:9                     | 16:9                |
| 7                    | kontrast min. 1450:1                 | min. 1450:1         |

Odpověď č. 20: Zadavatel trvá na požadavku parametru č. 7 (kontrast min. 1450:1). Parametr je stanoven jako minimální hodnota. Ze zkušeností zadavatele vyplývá, že parametr nižší než 1450:1 je nevyhovující. Parametr kontrastu 1400:1 nelze považovat jako kvalitativně zcela identický.

Odpovědi č. 20 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 21: Zadavatel požaduje u přístroje kamerová jednotka, parametr číslo 46: Výstup obrazu 16:9 4K/UHD v procesu plného zobrazení 3840x2160p.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou jednotku s výstupem 16:9 FULL HD 1920x1080p?

Požadované zobrazení v rozlišení obrazu na hlavním monitoru 3840x2160px a vedlejším monitoru 4096x2160px bude díky funkci upscaling (FULL HD -> 4K/UHD) dodrženo dle požadavků zadavatele.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.



| Kamerová jednotka, 1 ks |                                                                 |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 45                      | medicinský atest                                                | ano |
| 46                      | Výstup obrazu 16:9 4K/UHD v procesu plného zobrazení 3840x2160p | ano |

Odpověď č. 21: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 46 (výstupu obrazu 16:9 4K/UHD v procesu plného zobrazení 3840x2160p). Nabízený parametr s výstupem 16:9 FULL HD 1920x1080p není kvalitativně zcela identický. Požadavek se týká přístroje kamerová jednotka, nikoliv hlavního či vedlejšího monitoru. Dále ze zkušeností zadavatele vyplývá, že funkce upscaling je nedostatečná.

Odpověď č. 21 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 22: Zadavatel požaduje u přístroje Kamerová jednotka, parametr číslo 69: Nastavitelné parametry - Smoke reduction (potlačení kouře).

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou jednotku bez tohoto parametru?

Uchazeč je přesvědčen, že toto řešení není plně funkční. Vzhledem k množství vzniklého elektrochirurgického kouře v průběhu operace může dojít ke zhoršení kvality obrazu a tím k ohrožení pacienta. Uchazeč nabízí řešení potlačení/odvodu kouře pomocí insuflační jednotky a funkce Evakuace kouře, dále uchazeč nabízí řešení potlačení/odvodu kouře pomocí samostatné jednotky určené pro evakuaci kouře. Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

|    |                        |                                                                 |     |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 60 | nastavitelné parametry | Jas (brightness)                                                | ano |
| 61 |                        | Contrast (kontrast)                                             | ano |
| 62 |                        | Edge enhancement (zvýraznění obrysů)                            | ano |
| 63 |                        | Color saturation (sytnost barev)                                | ano |
| 64 |                        | Window (okno) velikost výřezu obrazu                            | ano |
| 65 |                        | Light source +/- (světelný zdroj)                               | ano |
| 66 |                        | Auto light control (automatické řízení množství světla)         | ano |
| 67 |                        | Zoom (zoom)                                                     | ano |
| 68 |                        | Selective color enhancement (SCE) (selektivní zvýraznění barev) | ano |
| 69 |                        | Smoke reduction (potlačení kouře)                               | ano |

Odpověď č. 22: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 69 (smoke reduction – potlačení kouře). Zadavatel měl možnost tuto funkci otestovat a je přesvědčen, je plně funkční a zcela dostačující pro požadované použití.

Odpověď č. 22 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 23: Zadavatel požaduje u přístroje Kamerová jednotka, parametr číslo 73: zvláštní výstup na předním panelu – připojení USB periferie - přímé ukládání snímků a videí.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou jednotku se zvláštním výstupem na předním panelu – připojení USB periferie pro přímé ukládání pouze snímků? Ukládání videí je řešeno pomocí samostatného záznamového zařízení, kde



kontrolu záznamů lze provádět na vestavěném LCD displeji nebo na operačním monitoru laparoskopické věže.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

|    |                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 73 | zvláštní výstup na předním panelu – připojení USB periferie - přímé ukládání snímků a videí | ano |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Odpověď č. 23: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 73 (zvláštní výstup na předním panelu – připojení USB periferie – přímé ukládání snímků a videí). Nabízené řešení prostřednictvím dalšího samostatného přístroje znamená z pohledu servisních nákladů v budoucnu jejich navýšení v podobě BTK a případných oprav. Dále se jedná o řešení s větší prostorovou náročností

Odpovědi č. 23 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 24: Zadavatel požaduje u přístroje Kamerová jednotka, parametry číslo 74, 75, 76, 77: váha a rozměry přístroje.

Uchazeč nerozumí medicínskému a technickému významu těchto požadavků. Vzhledem k požadavku zadavatele na pořízení nového přístrojového vozíku k laparoskopické operační věži.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou jednotku jiných rozměrů a váhy, za splnění podmínky, že kamerová jednotka bude plně kompatibilní a funkční s poptávaným přístrojovým vozíkem?

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

|    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| 74 | váha max 7,5 kg | max 7,5 kg   |
| 75 | šířka           | max 295 mm   |
| 76 | výška           | max 129,5 mm |
| 77 | hloubka         | max 355 mm   |

Odpověď č. 24: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 74, 75, 76, 77 (váha a rozměry přístroje). Jedná se o požadavek na maximální rozměry přístroje. Zadavatel požaduje přístroje s co nejmenší prostorovou náročností, od kterých se následně odvíjí i velikost samotného přístrojového vozíku, respektive celého laparoskopického operačního systému.

Odpovědi č. 24 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 25: Zadavatel požaduje u přístroje Zdroj světla, parametr číslo 79: LED lampy s životností každé lampy min. 30.000 hodin.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace zdroj světla s garantovanou minimální životností 10.000 hodin?

Uchazeč bude garantovat požadavek zadavatele na 30.000 hodin bezplatnou výměnou lampy.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.



**Zdroj světla**

|    |                                                      |                   |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|
| 78 | LED zdroj studeného světla                           | ano               |
| 79 | LED lampy s životností každé lampy min. 30.000 hodin | min. 30.000 hodin |

Odpověď č. 25: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 79 (životnost LED lampy min. 30.000 hodin). Nabízený zdroj světla s parametrem LED lampy s životností 10.000 hodin není kvalitativně zcela identický. Navrhované řešení prostřednictvím bezplatné výměny by zadavatele navíc zatěžovalo nutností nastavení kontrolního mechanismu těchto servisních výkonů. Dále je toto řešení jednoznačně ekonomicky méně výhodné ve střednědobém, a hlavně pak dlouhodobém časovém horizontu.

Odpovědi č. 25 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č.26: Zadavatel požaduje u přístroje Komerová hlava pro laparoskopii, parametr číslo 87: manuálně nastavitelná ohnisková vzdálenost 14,25 – 28 mm.  
Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou hlavu s manuálně nastavitelnou větší ohniskovou vzdáleností v rozsahu 15,9 – 31,3 mm?  
Jedná se o obdobné technické řešení splňující a přesahující medicínsko-technický požadavek zadavatele, je kvalitativně zcela identické a zároveň splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

**Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks**

|    |                                                          |               |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|
| 85 | 3-čipový CMOS systém                                     | ano           |
| 86 | parfokální zoom                                          | ano           |
| 87 | manuálně nastavitelná ohnisková vzdálenost 14,25 – 28 mm | 14,25 – 28 mm |

Odpověď č. 26: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 87 (manuálně nastavitelná ohnisková vzdálenost 14,25 – 28 mm). Z praktických zkušeností zadavatele vyplývá, že požadovaná ohnisková vzdálenost je jednoznačně nejvhodnější z medicínského pohledu.

Odpovědi č. 26 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 27: Zadavatel požaduje u přístroje Komerová hlava pro laparoskopii, parametr číslo 89: 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla s výsledným efektem nastavení 6 funkcí.  
Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou hlavu včetně 3 programovatelných tlačítek pro nastavení 3 funkcí a zbylé 3 funkce se dají nastavit na ovládací tlačítka na kamerové jednotce?  
Uchazeč je přesvědčen, že více funkcí na jedno tlačítko (nejednoznačné určení) vede k potenciální chybě během operace, což může ohrozit pacienta během krizové situace. Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.



| Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks |                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85                                    | 3-čipový CMOS systém                                                                                                    | ano           |
| 86                                    | parfokální zoom                                                                                                         | ano           |
| 87                                    | manuálně nastavitelná ohnisková vzdálenost 14,25 – 28 mm                                                                | 14,25 – 28 mm |
| 88                                    | integrovaný upinací mechanismus pro optiky s blokací náhodného uvolnění upnutí                                          | ano           |
| 89                                    | 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla s výsledným efektem nastavení 6 funkcí | ano           |

Odpověď č. 27: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 89 (3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla s výsledným efektem nastavení 6 funkcí). Zadavatel je naopak přesvědčen, že ovládáním funkcí pomocí tlačítek pouze na kamerové hlavě dochází ke zvýšení bezpečnosti. Potřeba aktivace některých funkcí na kamerové jednotce vede ke snížení soustředění personálu na samotný operační výkon a tím se naopak zvyšuje riziko potenciálních chyb.

Odpověď č. 27 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 28: Zadavatel požaduje u přístroje Kamerová hlava pro laparoskopii, parametr číslo 90: integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy délky min 3,5m. Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace kamerovou hlavu s integrovaným, neoddělitelným kabelem kamerové hlavy délky 3 metry? Podle zkušeností uchazeče je hodnota 3 metry plně dostačující parametr. Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

| Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks |                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85                                    | 3-čipový CMOS systém                                                                                                    | ano           |
| 86                                    | parfokální zoom                                                                                                         | ano           |
| 87                                    | manuálně nastavitelná ohnisková vzdálenost 14,25 – 28 mm                                                                | 14,25 – 28 mm |
| 88                                    | integrovaný upinací mechanismus pro optiky s blokací náhodného uvolnění upnutí                                          | ano           |
| 89                                    | 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla s výsledným efektem nastavení 6 funkcí | ano           |
| 90                                    | integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy délky min 3,5m                                                          | min 3,5m      |

Odpověď č. 28: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 90 (integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy délky min 3,5 m). Ze zkušeností zadavatele jednoznačně vyplývá, že kabel kamerové hlavy o délce minimálně 3,5 m je z praktického hlediska jednoznačně výhodnější než kabely kratší.

Odpověď č. 28 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 29: Zadavatel požaduje u přístroje Insuflační jednotka, parametr číslo 102: měření teploty CO<sub>2</sub> na distálním konci insuflační hadice. Z technické specifikace zadavatele jasně nevyplývá, zda zadavatel požaduje ohřev insuflovaného plynu? Požaduje zadavatel dodávku insuflační jednotky s ohřevem plynu na teplotu blízkou teplotě lidského těla a tím pádem splnění požadavku 102?



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

| Insuflační jednotka, 1 ks |                                                                     |     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 99                        | volitelná rychlost průtoku                                          | ano |
| 100                       | zobrazení údajů o spotřebě plynu, průtoku, tlaku atd.               | ano |
| 101                       | intuitivní a jednoduché ovládání                                    | ano |
| 102                       | měření teploty CO <sub>2</sub> na distálním konci insuflační hadice | ano |

Odpověď č. 29: Zadavatel v parametru 102 požaduje dodávku insuflační jednotky s měřením teploty CO<sub>2</sub> na distálním konci insuflační hadice. Ohřev plynu na teplotu CO<sub>2</sub> blízkou teplotě lidského těla v zadávací dokumentaci přímo nepředepisuje. Ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě lidského těla ale neznamená nesplnění zadávacích podmínek.

Odpovědi č. 29 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 30: Zadavatel požaduje u přístroje Insuflační jednotka, parametr číslo 103: min 4 provozní režimy: Standard; Pediatric; Bariatric a Vessel Harvest.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace Insuflační jednotku, kde jsou dva módy podle velikosti tělesné dutiny – myšleno Standard a Pediatric? Pro typ operace Bariatric nebo Vessel Harvest se používají parametry tlaku a průtoku v rámci poptávaných hodnot u insuflační jednotky v bodech 107 a 108.

Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

| Insuflační jednotka, 1 ks |                                                                        |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 99                        | volitelná rychlost průtoku                                             | ano |
| 100                       | zobrazení údajů o spotřebě plynu, průtoku, tlaku atd.                  | ano |
| 101                       | intuitivní a jednoduché ovládání                                       | ano |
| 102                       | měření teploty CO <sub>2</sub> na distálním konci insuflační hadice    | ano |
| 103                       | min 4 provozní režimy: Standard, Pediatric, Bariatric a Vessel Harvest | ano |

Odpověď č. 30: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 103 (min 4 provozní režimy: Standard; Pediatric; Bariatric a Vessel Harvest). Možnost nastavení minimálně těchto 4 režimů je z uživatelského hlediska jednoznačně komfortnější a nevyžaduje potřebu přenastavení při každém operačním výkonu.

Odpovědi č. 30 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 31: Zadavatel požaduje u přístroje Insuflační jednotka, parametr číslo 108: maximální průtok min. 50 l/min.

Bude zadavatel akceptovat bez jakékoliv penalizace Insuflační jednotku s maximálním průtokem min. 45 l/min.?

Podle zkušeností uchazeče je hodnota průtoku min. 45 l/min plně dostačující. Jedná se o obdobné technické řešení splňující stejný medicínský účel, je kvalitativně zcela identické a splňuje všechny ostatní technické požadavky zadavatele.

|     |                                                                                                                                                                                    |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 108 | maximální průtok min. 50 l/min                                                                                                                                                     | min. 50 l/min |
| 109 | ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru                                                                                                                        | ano           |
| 110 | zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO <sub>2</sub> , nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní | ano           |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

---

*„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“*

---

Odpověď č. 31: Zadavatel trvá na požadavku parametru číslo 108 (maximální průtok min. 50 l/min). Hodnota průtoku nižší než 50 l/min. je z praktických zkušeností zadavatele nevyhovující. Nabízený průtok min. 45 l/min. není kvalitativně zcela identický.

Odpověď č. 31 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele

