



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 173/22/K

V Brně, dne 23.8.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Vysvětlení zadávací dokumentace (7)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotazy č. 32 až 40 se vztahují k části 1 VZ:

Dotaz č. 32: řádek 135. specifikace pro část 1 VZ

Zadavatel: Systém aktualizace softwaru – software je snadno aktualizovatelný prostřednictvím USB konektoru bez nutnosti připojení on-line na server
Požadavek: Každý výrobce používá jiný konektor a upřednostnění konektoru USB považujeme za diskriminační. Zda zadavatel akceptuje Systém aktualizace softwaru – software je snadno aktualizovatelný bez nutnosti připojení on-line na server.





Odpověď č. 32: Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci.

Odpovědi č. 32 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 33: řádek 140 řádek, specifikace pro část 1 VZ

Zadavatel: Návod k ovládání přístroje v českém jazyce, zobrazení instruktážního videa na displeji generátoru

Požadavek. Obsluha námi nabízeného generátoru je natolik intuitivní a jednoduchá, že nepotřebuje instruktážní video. Zda zadavatel akceptuje Návod k ovládání přístroje v českém jazyce.

Odpověď 33: Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Z důvodů maximalizace bezpečnosti používání generátoru a jeho využití požaduje zadavatel zobrazení instruktážního videa na displeji generátoru.

Odpovědi č. 33 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 34: řádek 145, specifikace pro část 1 VZ

Zadavatel: Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: možnost použití nástroje s minimální délkou čelistí 16 mm a integrovaným nožem, rotace čelistí nástroje 360°, aktivace ruční nebo pomocí pedálu

Požadavek: Zda zadavatel akceptuje rotaci čelistí na max 350°. Z důvodu bezpečnosti přenosu bipolární energie kabelem na pracovní čelisti nástroje máme omezenou rotaci čelistí na max 350°.

Odpověď č. 34: Zadavatel trvá znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Z důvodu manipulace, ovladatelnosti a bezpečnosti použití nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci trvá zadavatel na rotaci čelistí nástroje 360°.

Odpovědi č. 34 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 35: řádek 146, specifikace pro část 1 VZ

Zadavatel: Pro pokročilou bipolární koagulaci: 5 mm nástroj s rovnými zaoblenými branžemi, minimální délkou čelistí 16 mm, integrovaným mechanickým nožem, délkou řezu 15 mm, možnost rotace čelistí nástroje minimálně v rozmezí do 360°, 2 délky dřívku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace, aktivace ruční nebo pomocí pedálu

Požadavek: Zda zadavatel akceptuje rotaci čelistí na max 350°. Z důvodu bezpečnosti přenosu bipolární energie kabelem na pracovní čelisti nástroje máme omezenou rotaci čelistí na max 350°.

Odpověď č. 35: Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Z důvodu manipulace, ovladatelnosti a bezpečnosti použití nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci trvá zadavatel na rotaci čelistí nástroje 360°.



Odpověď č. 35 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 36: řádek 147, specifikace pro část 1 VZ
Zadavatel: Pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony: resterilizovatelné kleště s nožní aktivací, minimálně 4 různé délky.
Požadavek: Podle našich informací má tento typ nástroje minimálně ve 4 požadovaných délkách, pouze jedna firma a považujeme to za diskriminační. Navíc se domníváme, že v souladu s posledními trendy, nelze provádět špičkovou pokročilou bipolární koagulaci jinak než s jednorázovým nástrojem. Proto navrhuje tento požadavek vyřadit.

Odpověď č. 36: Tento požadavek není diskriminační. Resterilizovatelné kleště s nožní aktivací pro pokročilou bipolární koagulaci pro otevřené výkony, minimálně 4 různé délky nabízí několik výrobců. Používání jednorázových nástrojů je neekonomické a výrazně zvýší náklady na operace. Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění.

Odpověď č. 36 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 37: řádek 152, specifikace pro část 1 VZ
Zadavatel: Možnost připojení 2 monopolárních a 3 bipolárních nástrojů, popř. 2 monopolárních, 2 bipolárních a 1 nástroj s pokročilou bip. technologií současně
Požadavek. Zda zadavatel akceptuje: možnosti připojení: 2 monopolární a 2 bipolární nástroje, popř. 2 monopolární a 1 nástroj bipolární a 1 nástroj pokročilé bipolární technologie
Podle našich informací toto množství možnosti připojení má jen jeden dodavatel a z tohoto pohledu považujeme tento požadavek za diskriminační. Většina výrobců má následující možnosti připojení: 2 monopolární a 2 bipolární nástroje, popř. 2 monopolární a 1 nástroj bipolární a 1 nástroj pokročilé bipolární technologie současně.

Odpověď č. 37: Tento požadavek není diskriminační. Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Zadavatel provádí na svých odděleních komplikované a dlouhé onkochirurgické výkony, při nichž operátor potřebuje mít ihned k dispozici 3 bipolární nástroje, popř. 2 bipolární a 1 nástroj s pokročilou bip. technologií současně. Aby tyto operace probíhaly s co možná nejmenším ohrožením pacienta, je nutné maximálně zkrátit čas operace, a proto je pro zadavatele zásadní využití generátorů, které mají schopnost využít až 3 bipolárních nástrojů současně. Odpadá tak nutnost vyměňovat nástroje včetně kabelů. Možnost připojení 3 bipolárních nástrojů, popř. 2 bipolárních a 1 nástroj s pokročilou bip. technologií současně není diskriminační, tuto možnost nabízí několik výrobců.

Odpověď č. 37 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 38: řádek 154, specifikace pro část 1 VZ





„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – operační technika“

Zadavatel: Generátor je programovatelný s pamětí na 300 programů, možnost oblíbených programů, možnost exportu a nahrání programů pomocí přenosného klíče
Požadavek: Podle našich informací, má tyto specifické možnosti, pouze jeden dodavatel a z tohoto pohledu považujeme tento požadavek za diskriminační. Žádáme o jeho zrušení.

Odpověď č. 38: Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Zadavatel pro urychlení nastavení generátorů před operací a zvýšení bezpečnosti požaduje programovatelný generátor s pamětí na 300 programů, což nabízí několik výrobců a možnost v případě záměny generátoru nebo sálu možnost exportu a nahrání programů, a tedy jednoduchému přenosu programů na jiný generátor pomocí přenosného klíče.

Odpověď č. 38 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 39: řádek 156, specifikace pro část 1 VZ
Zadavatel: Po vypnutí a zapnutí generátoru se zobrazí poslední používaný program
Požadavek: Zda zadavatel akceptuje: Po vypnutí a zapnutí generátoru je možnost zobrazení posledního používaného nastavení. Zobrazení posledního používaného programu může v krizových situacích zbytečně zdržovat průběh operace a ne všichni výrobci chtějí průběh začátku operace zdržovat.

Odpověď č. 39: Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci.

Odpověď č. 39 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

Dotaz č. 40: řádek 159, specifikace pro část 1 VZ
Zadavatel: Ukazatel termínu připomenutí termínu údržby
Požadavek: Podle našich informací má tento, z pohledu klinického využití generátoru zbytečný doplněk, pouze jeden dodavatel a z tohoto pohledu považujeme tento požadavek za diskriminační a žádáme jeho zrušení.

Odpověď č. 40: Tento požadavek není diskriminační, tuto možnost nabízí několik výrobců. Zadavatel trvá na znění požadavku, který je uveden v zadávací dokumentaci. Specifikace se tedy nemění. Ukazatel termínu připomenutí termínu údržby má pro zadavatele velký význam pro údržbu a péče o zdravotnický prostředek.

Odpověď č. 40 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele