



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

Zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU.

Název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“,
reg. č. projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“)

Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 1.14 platná od 1.3.2021 (dále jen „Pravidla“).

nadlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 179/22/K

V Brně, dne 30.8.2022

Věc: Veřejná zakázka:

**„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické
pomůcky, stolky a úložné prostředky“**
Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2 je k části 6 VZ:

Dotaz č. 2: V požadovaných parametrech máte uvedeny mandatorní požadavky týkající se celkových rozměrů myčky podložních mís. Bude akceptována nabídka přístroje se stejnými, či lepšími parametry, uvedenými v požadavku, která je však celkově objemově menší? Požadujete možnost zavěšení na zeď, je tedy možno dosáhnout minimální výšky spodní hrany dveří zavěšením na zeď?





Odpověď č. 2: Dotaz zahrnuje několik parametrů podle SPECIFIKACE. Aby nedošlo k omylu zadavatel uvádí:

Parametr č. 22: dosavadní požadavek: výška 1650 až 1730 mm (podle odpovědi na dotaz č. 1), **oprava požadavku: zadavatel připouští nižší hodnotu než 1650 mm, maximálně však 1730 mm.**

Parametr č. 23: dosavadní požadavek: šířka 550 až 600 mm, **oprava požadavku: zadavatel připouští nižší hodnotu než 550 mm, maximálně však 600 mm.**

Parametr č. 24: dosavadní požadavek: hloubka 570 až 600 mm, **oprava požadavku: zadavatel připouští nižší hodnotu než 570 mm, maximálně však 600 mm.**

Parametr č. 8: dosavadní požadavek: kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm trvá beze změny a musí být dodržen i v případě, že u parametru č. 22, 23 a 24 bude využita změna rozměru, kterou zadavatel připustil.

Parametr č. 3: dosavadní požadavek: samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli (AISI 304) s možností zavěšení na zeď trvá beze změny.

Parametr č. 17: dosavadní požadavek: ergonomické umístění dveří pro nakládku – spodní hrana dveří minimálně 550 mm od podlahy trvá beze změny, splnění tohoto parametru není možné řešit zavěšením na zeď.

Odpovědi č. 2 došlo ke změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 5.

Informace č. 5: Na základě provedených změn zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 30.9.2022 do 10,00 hod.** (o celou lhůtu). V souvislosti s tím se mění následující text Zadávacích podmínek (*uveden nový text*):

5.3.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **19.9.2022, 23,59 hod.**

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **63** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **30.9.2022 do 10,00 hod.**, a to na adresu elektronického nástroje.

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele