

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje - I“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel ve svém vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 potvrdil svůj záměr soutěžit v části 2 společně dodávku infuzní techniky i přístroje pro akutní mimotělní očištění krve. S tímto postupem zadavatele nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že je v rozporu se zásadou nediskriminace a rovného zacházení, neboť takové spojení nemá žádné medicínské odůvodnění a není (ani nemůže) zde být nutnost jejich vzájemné kompatibility. Také okruh dodavatelů je zcela odlišný (jen zcela výjimečně se najde dodavatel schopný dodat oba druhy přístrojů, natož aby splňovali požadavky zadavatele). Neexistuje žádné relevantní zdůvodnění diskriminace způsobené spojením dodávky těchto odlišných zdravotnických přístrojů do jedné části veřejné zakázky. Podotýkáme také, že zadavatel zcela jednoznačně pojmenoval i popsal předmět části 2 ve Věstníku veřejných zakázek pouze jako dodávku Infuzní techniky včetně pozáručního servisu. Dodavatelé zařízení na očištění krve tak nejspíše ani netuší, že nemocnice tento přístroj poptává a proti jejímu spojení s dodávkou infuzní techniky se nemůžou ohradit. Zadavatel požadavkem na 1 přístroj maří možnost podání nabídky na zbývajících více jak 120 ks zařízení, nebo ji přinejmenším velice komplikuje.

Žádáme zadavatele, aby znovu přehodnotil svůj požadavek a vyjmul z části 2 přístroj pro akutní mimotělní očišťování krve. Pokud by tento přístroj byl vyčleněn, jsme přesvědčeni, že by zadavatel získal více cenových nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel se po pečlivém zvážení všech okolností a v návaznosti na výše uvedený dotaz rozhodl zúžit předmět plnění Části 2 – Infuzní technika tak, že předmětem plnění této části VZ nebude dialyzační technika.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 4 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění – technické podmínky – část 2, který reflektuje výše popsané zúžení předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez dotazu):

Zadavatel v návaznosti na výše popsané zúžení předmětu plnění části 2 – Infuzní technika upravuje předpokládanou hodnotu části 2 – Infuzní technika na 5 316 000,- Kč bez DPH.

Z celkové předpokládané hodnoty části 2 VZ tvoří předpokládaná hodnota infuzní techniky 4 430 000,- Kč bez DPH.

Z celkové předpokládané hodnoty části 2 VZ tvoří předpokládaná hodnota poskytování pozáručního servisu po dobu 36 měsíců 886 000,- Kč bez DPH.

Informace o prodloužení lhůty pro dbání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 19. 9. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Upravená podoba Specifikace předmětu plnění – technické podmínky – část 2

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele