

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje - I“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel ve svém vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 potvrdil svůj záměr soutěžit v Předmětem části 2 zadavatel požaduje dodávku 22 ks pump pro podávání enterální výživy (enterální pumpy), jejichž parametry však neumožňují nabídnout infuzní pumpu, která kromě enterální výživy má i další využití. Na trhu jsou přitom k dispozici infuzní pumpy, které splňují medicínský účel – je možné je použít i pro enterální výživu, ale navíc jsou zároveň kompatibilní s ostatním požadovaným vybavením (součást stanice ostatních přístrojů), nejsou úplně odlišné (snazší ovládání) a nepoužívají odlišné sety. Změnou tohoto požadavku by zadavatel kromě rozšíření okruhu možných dodavatelů značně zvýšil efektivitu a bezpečnost používání tohoto vybavení, snížil náklady na pořízení a zjednodušil používání v provozu oddělení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku, a to z důvodu, že použití infuzní pumpy pro současné podání infuzní terapie i enterální výživy s sebou nese rizika pro bezpečnost pacienta a nadále je také omezena možnost použití přístrojů pro infuzní terapii.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Požadované technické parametry jednotlivých zařízení nejsou navíc klinicky dostatečně komplexní a nepostihují aktuálně dostupné možnosti moderní infuzní techniky. Konkrétně např.:

- požadavek na dodání jednoho přístroje vybaveného TIVA/TCI neobsahuje nezbytný detailní popis požadovaných modelů a režimů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku (tato funkce bude na oddělení ARO využita).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Požadavek na co nejrychlejší náběh dávkování infuzních roztoků u infuzní pumpy při poskytování urgentní péče je sice vhodný, ale přítomnost variabilních terapeutických režimů (plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem) není pro tento typ péče relevantní.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění požadavku na trhu jsou dodavatelé, kteří požadované funkce u svých přístrojů nabízejí).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Požadavek na výdrž baterie 24 hodin u pumpy pro podávání enterální výživy je opodstatněný u mobilních pacientů, u kterých je předpokládáný samostatný pohyb mimo nemocniční pokoj. U pacientů vyžadujících urgentní péči není požadavek na takto dlouhou výdrž baterie opodstatněný, jelikož se předpokládá nejvýše transport pacienta na oddělení následné péče, případně JIP, kdy při tomto transportu není třeba zajišťovat kontinuální výživu pacienta a tedy ani převoz enterální pumpy bez zajištěného napájení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel bude na základě dotazu akceptovat i enterální pumpu nižší kapacitu výdrže baterie.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění – technické podmínky – část 2, kde upravil kapacitu baterie u pumpy enterální výživy. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5(BEZ DOTAZU):

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 5 poskytuje upravený dokument Specifikace předmětu plnění – technické podmínky – část 2, kde upravil následující: reflektuje výše popsané zúžení předmětu plnění. Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

- bod 16. nové znění: „Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení; vč. připojení do stávajícího informačního systému Starpo FONS a zprovoznění tohoto připojení ze strany dodavatele infúzní techniky“

- bod 19. nové znění: „Dávkování malých objemů pomocí jednorázových injekčních stříkaček různých výrobců“

Účastníci použijí tento upravený dokument při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro dbání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10. 10. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy: Upravená podoba Specifikace předmětu plnění – technické podmínky – část 2

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele