

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje - I“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel upřesnil požadavek u dokovací stanice pro infuzní techniku takto: „Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení; vč. připojení do stávajícího informačního systému Stapro FONS a zprovoznění tohoto připojení ze strany dodavatele infuzní techniky“.

Rozumí uchazeč správně, že součástí dodávky bude mimo infuzní techniku i potřebný hardware (počítač) a software (licence) k monitoraci přehledu alarmů infuzní techniky?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje takové řešení, které zajistí plnou funkčnost nabízené dodávky, tj. vč. veškerého potřebného hardware i software. Zadavatel upřednostňuje virtualizaci na jeho hardware.

Zadavatel předpokládá, že monitorace přehledů alarmů bude probíhat v informačním systému FONS.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel upřesnil požadavek u dokovací stanice pro infuzní techniku takto: „Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení; vč. připojení do stávajícího informačního systému Stapro FONS a zprovoznění tohoto připojení ze strany dodavatele infuzní techniky“.

V případě připojení do stávajícího informačního systému Stapro FONS jsou využívány serverová řešení, které se instalují na virtualizovaný server vytvořený na současném HW serveru nemocnice. Umožňuje zadavatel využití pro serverovou aplikaci serveru nemocnice?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel umožní využití serveru pro serverové aplikace dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upřesnil požadavek u dokovací stanice pro infuzní techniku takto: „Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení; vč. připojení do stávajícího informačního systému Stapro FONS a zprovoznění tohoto připojení ze strany dodavatele infuzní techniky“.

Pro umožnění správné kalkulace hodnoty VZ je třeba blíže upřesnit typ oddělení, počet lůžek a délku licence (počet let) pro které zadavatel výše popsané funkce požaduje.

Současně bychom chtěli požádat o doplnění popisu typu hardware, na kterém bude zadavatel licenci monitorace provozovat.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel plánuje využití uvedené techniky na Jednotce intenzivní a resuscitační péče, které disponuje 12-ti lůžky. Délku licence požadujeme na dobu neurčitou, protože v současné době nelze odhadnout celkovou dobu života dodané techniky.

Licence monitorace bude zadavatel provozovat na Win Server 2022, který plánujeme pořídit v příštím pololetí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Vzhledem k požadavku připojení do stávajícího informačního systému Stapro FONS a jeho zprovoznění bychom se chtěli dotázat, zda již nemocnice vlastní licence MS SQL Serveru 2016/2019 a licence systému MS Windows 2016/2019? A pokud ano, umožní je nemocnice uchazeči využít?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel v současnosti provozuje licence MS SQL serveru 2014. Dodavatel tuto licenci může používat. V příštím pololetí plánujeme nákup Win Server 2022, tak poslední verze MS SQL serveru.

V Brně 26.9.2022

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele