

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ URGENTNÍ PÉČE - Zdravotnické přístroje - I“



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ze Specifikace předmětu plnění a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, ze dne 26. 9. 2022 vyplývá, že Zadavatel požaduje v technické specifikaci celkem 26 kusů dokovacích stanic, chápe dodavatel správně, že jsou u lůžek k dispozici datové zásuvky RJ45, v dostatečném počtu, které jsou potřebné k tomuto propojení tj. 26 datových zásuvek RJ45 (každá pro jednu dokovací stanici)? Pokud ano,

Umožní zadavatel využití těchto datových zásuvek pro výše popsané napojení dokovacích stanic, nebo ujištění, že takovou potřebu před případnou instalací zadavatel zajistí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že u dotčených lůžek je nainstalované dostatečné množství datových zásuvek RJ45. Pokud během instalace vznikne potřeba dalších datových zásuvek RJ45, tak zadavatel zajistí jejich instalaci na vlastní náklady.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 11. 10. 2022 do 10:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele