

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Označení zadavatele:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČ: 00226912
DIČ: CZ 00226912
Právní forma: 331- příspěvková organizace
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele: Mgr. Veronika Neničková, MBAce
statutární zástupce

Název veřejné zakázky:

Diagnostické soupravy pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně výpůjčky analyzátoru.

Předmět veřejné zakázky:

Průběžné dodávky diagnostik pro vyšetření HIV, HBsAg, HCV, syfilis včetně kalibračního, kontrolního a spotřebního materiálu a bezplatné výpůjčky automatického uzavřeného analyzátoru k vyšetření infekčních markerů v lidském séru nebo plazmě v režimu random access.

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek: **Kód CPV: 33694000-1**

Diagnostické soupravy:

- stanovení HIV p24 antigenu a protilátek proti HIV-1 (skupiny M a O) a HIV-2 v lidském séru nebo plazmě
- stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) v lidském séru nebo plazmě
- stanovení protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV) v lidském séru nebo plazmě
- stanovení protilátek proti Treponema Pallium (syfilis) v lidském séru nebo plazmě

Předpokládané (orientační) počty vyšetření:

Typ	12 měsíců	60 měsíců
Anti-HIV1/2 + Agp24	5 500 vyšetření	27 500 vyšetření
HBsAg	5 500 vyšetření	27 500 vyšetření
Anti-HCV	4 500 vyšetření	22 500 vyšetření
Anti-Treponema pallidum	5 500 vyšetření	27 500 vyšetření

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (100 bodů) váha 70 %

Analyzátor:

Nepodkročitelné požadavky k výpůjčce analyzátoru:

- nový analyzátor (ne repasovaný) plně automatizovaný
- analyzátor umožňuje zpracování vzorků po jednotlivých vzorcích (režim random access)
- metoda měření chemiluminiscence
- návod k obsluze v českém jazyce
- analyzátor nese označení CE
- odborná instalace analyzátoru dodavatelem
- bezplatně prováděný servis, včetně dopravy, výměny náhradních dílů a validace (1x ročně)
- poskytování telefonické servisní služby
- bezplatné zaškolení personálu
- bezplatné připojení do LIS, HEMO – obousměrná komunikace
- čtečka čárového kódu vzorků
- kalibrace na šarži a za provozu analyzátoru
- analyzátor umožňuje provádět současně požadované spektrum metod (z jednoho primárního vzorku)
- zapůjčení náhradního analyzátoru v případě poruchy/opravy trvající déle než 48 hodin
- detekce sraženin, bublin, nedostatku vzorku, detekce hladin reagentů
- možnost použít různé typy zkumavek pro vzorky, včetně kepy
- automatický podavač vzorků
- maximální rozměry analyzátoru (vzhledem k rozměrům laboratoře) d x š: 180 x 80 cm nebo d x š: 140 x 120 cm.

Hodnocené parametry analyzátoru (60 bodů), váha 30 %

č.	Parametr	Předpokládaná hodnota parametru	Bodová hodnota parametru
1	počet vzorků za hodinu	> 71	10
		0 - 70	5
2	kapacita pro vložení vzorků	> 71	10
		31 - 70	5
		0 - 30	0
3	jednorázové špičky a reakční kyvety	ANO	10
		NE	0
4	doba denní údržby, po kterou není možné provádět analýzu	do 20:00 min.	10
		20:01 min. a déle	5
5	doba od vytažení reagentů z lednice do vložení do analyzátoru	do 30:00 min	10
		30:01 min. a déle	5
6	nutnost ředění reagentů	ANO	5
		NE	10

Cena sjednaná ve smlouvě:

V rámcové kupní smlouvě je sjednána cena za MJ v Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na období 60 měsíců (5 let) a činí **Kč 3 935 000,- bez DPH**.

Položka	Cena Kč bez DPH za 1 vyšetření	12 měsíců	Cena bez DPH za rok	60 měsíců	Cena Kč bez DPH za pět let
Anti-HIV1/2 + Agp24	32	5 500 vyšetření	176000	27 500 vyšetření	880000
HBsAg	30	5 500 vyšetření	165000	27 500 vyšetření	825000
Anti-HCV	60	4 500 vyšetření	270000	22 500 vyšetření	1350000
Anti-Treponema pallidum	32	5 500 vyšetření	176000	27 500 vyšetření	880000
Celkem Kč bez DPH za rok			787 000,00		
Celkem Kč bez DPH za pět let					3 935 000,00

Režim veřejné zakázky: podlimitní
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení účastníků zadávacího řízení:

Název společnosti: Bio-Rad spol. s r.o.
Se sídlem: Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
IČ, DIČ: IČ 49243764, DIČ CZ49243764

Název společnosti: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Se sídlem: Juárezova 1071/17, 1660 00 Bubeneč-Praha 6
IČ, DIČ: IČ 25099019, DIČ CZ25099019

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Vyloučen jeden účastník:
Název společnosti: Bio-Rad spol. s r.o.
Se sídlem: Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
IČ, DIČ: IČ 49243764, DIČ CZ49243764

Účastník byl vyloučen dle § 48 odst. 2 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z dalších fází posuzování a hodnocení nabídek z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Smlouva byla uzavřena s jedním dodavatelem:

Název společnosti: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Se sídlem: Juárezova 1071/17, 1660 00 Bubeneč-Praha 6
IČ, DIČ IČ 25099019, DIČ CZ25099019

Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:

Zadavateli není známo.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Podle předpokládané hodnoty zakázky byl zvolen podlimitní zjednodušený režim podle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Při zadávání této veřejné zakázky se zadavatel řídil Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací 80/INA-VOK, která byla schválena na 44. schůzi RJMK konané dne 01.12.2021 usnesením č. 2794/21/R44.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Jiné prostředky nebyly použity.

Pro příjem nabídek byl použit certifikovaný elektronický nástroj.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Střet zájmů nebyl zjištěn.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud jej neuvedl v zadávací dokumentaci, a:

Zakázka nebyla nadlimitní.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 pokud je nevedl v zadávací dokumentaci.

Prokázání obratu nebylo požadováno.

V Kyjově

Mgr. Veronika Neničková, MBAce
statutární zástupce