

NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky dělené na části zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje ve druhé části s názvem: UZV přístroj pro RDG oddělení: „HW textová klávesnice
výsuvná z ovládacího panelu“

Dotaz zní: Může dodavatel nabídnout technické řešení, které nabízí HW textovou klávesnici na
ovládacím panelu? Takto umístěná klávesnice je odolnější vůči mechanickému poškození ze strany
uživatele. Předem děkuji za vyřízení dotazu.

Odpověď zadavatele:

Děkujeme za Váš dotaz. Po posouzení vhodnosti vámi navrženého řešení níže uvádíme naše
stanovisko.

**Technické zadání a předmět veřejné zakázky byl zadavatel vyspecifikován tak, aby byl jak funkčně
tak uživatelsky přívětivý. Z toho důvodu zadavatel požaduje HW klávesnici výsuvnou z ovládacího
panelu s ohledem na její lepší a rychlejší ovládání.**

**Toto řešení je pro zadavatele a uživatele daného stroje daleko více přehledné a zohledňuje
dlouhodobé pracovní návyky personálu zadavatele. Mechanickou odolnost zadavatele řešil též a
dospěl k závěru, že HW klávesnice výsuvná z panelu je dostatečně odolná a plně splňuje požadavky
zadavatele.**

S ohledem na výše uvedené tímto zadavatel na původním technickém řešení zadavatel trvá.

.....
Zástupce zadavatele dle §43 ZZVZ