

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace 2

V zastoupení zadavatele **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, IČO: 00226637**, Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**REACT EU 98 – Nemocnice TGM Hodonín – VZ 4 – Dodávka lůžek**“.

Dotazy se týkají části 3 VZ – Bariatrická lůžka.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 4 zadávací dokumentace / TECHNICKÁ SPECIFIKACE / Část 3 VZ – Bariatrická lůžka v odstavci A) 2ks Nemocniční bariatrické lůžko zadavatel požaduje tento technický parametr:

- Centrální ovládání brzd - brzdový pedál u každého kolečka, v nožní části propojeno po celé šířce lůžka tyčí

Naše technické řešení bariatrického lůžka s elektrickým pohonem neumožňuje propojit brzdové pedály po celé šířce lůžka tyčí v nožní části. Mechanický pohon lůžka vpřed a vzad je ovládán elektricky z vodících pák, které jsou umístěny v hlavové části lůžka. Pro větší bezpečnost přepravovaných osob jsou brzdové pedály v hlavové části lůžka propojeny po celé šířce lůžka tyčí. Bude zadavatel akceptovat námi nabízené technické řešení – Centrální ovládání brzd – brzdový pedál u každého kolečka v hlavové části propojeno po celé šířce lůžka tyčí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabízené technické řešení „Centrální ovládání brzd – brzdový pedál u každého kolečka v hlavové části propojeno po celé šířce lůžka tyčí.“

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku lhůty. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena **do 14. 12. 2022 do 10:00 hod.**