



Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a která je spolufinancována 85 % ze zdrojů EU, v rámci projektu EU, Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále OP VVV), Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, Název projektu: „Implementace KAP JMK II“

(dále jen „zákon“) s názvem

s názvem

Implementace KAP JMK II – Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben

Dotaz:

k části 3:

Reagenční láhev pro digitální byretu - zadavatel požaduje dodání 1000 ml láhve. Výrobce digitálních byret doporučuje použití reagenčních lahví 2000 ml z důvodu stability sestavy byreta - láhev. Bude zadavatel akceptovat dodání 2000 ml lahví?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodání láhve o objemu 2000 ml.

Dotaz:

k části 6:

Váhový stůl - většinu dodavatelů dodává žulové desky o rozměrech 410 x 410 x 20 mm. Bude zadavatel akceptovat dodání takových desek?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodržení specifikace a desku s minimální tloušťkou 30 mm.

V Brně dne 14.11.2022

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele